



Znak sprawy: PCMG/DZPiZ/P- 22/2016

Grójec dnia 2016.11.08

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***Na zakup i dostawę dwóch karet –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.***

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty  
209 000 Euro

*Sporządził: Hubert Wasila*

**KARTA UZGODNIENÍ**  
do postępowania nr PCMG/DZPiZ/P-22/2016  
**na zakup i dostawę dwóch karet –ambulansów z przeznaczeniem  
dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością.**

---

Grójec, dnia 2016.11.08

Sporządzający SIWZ:

Hubert Wasila  
(podpis)

Uzgadniam pod względem wymaganego  
zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Paweł Radwański  
( Dyrektor ds. Medycznych)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie  
środków finansowych

Wanda Kucharska  
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna  
pod względem formalno-prawnym

Karolina Wojtczak  
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały  
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową  
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Agnieszka Pawłowska - Muc  
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

---

Grójec, dnia 2016.11.08

Zatwierdzam przedłożone dokumenty  
i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania

Marzena Barwicka  
(Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu )

**ROZDZIAŁ I.  
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**ROZDZIAŁ II.  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ROZDZIAŁ III.  
FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW**

**Załącznik nr 1 do siwz**

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu*

**Załącznik nr 2 do formularza oferty**

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania*

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)dotyczące  
przesłanek wykluczenia z postępowania podmiotu na którego zasoby powołuje się  
wykonawca*

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podwykonawcy nie będącego podmiotem  
na którego zasoby powołuje się wykonawca*

**Załącznik nr 3 do siwz**

Specyfikacja techniczna

**ROZDZIAŁ IV. UMOWA (wzór)**

**ROZDZIAŁ I.**  
**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

## 1. ZAMAWIAJACY

Zamawiającym jest: **Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
Adres: **ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec**  
Tel: **+48 48 664 91 01**  
Fax: **+48 48 664 21 81**  
E-mail: **sekretariat@pcmg.pl**  
Adres strony internetowej: **www.pcmg.pl**  
NIP: **797-201-92-61**  
Nazwa banku i nr konta: **Bank Spółdzielczy Biała Rawska 63 9291 0001 0082 6509 2000 0100**

## 2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, oświadczenia, umowy oraz dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej instrukcji wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

2.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10**  
**Budynek „DOMONT” I piętro Zarząd PCMG**  
**Fax 48 664 21 81**  
**sekretariat@pcmg.pl**

2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

**Pani Agnieszka Pawłowska- Muc** – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Personelu Średniego  
tel. 48 664 9123

## 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro.**

**3.2.** Na podstawie **art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

**3.3.** Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.2.

#### **4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**4.1.** Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch karetek –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**4.2.** Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

**4.3.** Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

<b>karetka – ambulans szt.2</b>	34.11.41.21.-3 karetki
---------------------------------	------------------------

**4.4.** Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ.

#### **5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Termin wykonania zamówienia : do 19 grudnia 2016r.**

#### **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:**

**6.1.1.** Nie podlegają wykluczeniu;

**6.1.2.** Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

**6.1.2.a.** kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

**6.1.2.b.** sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

**6.1.2.c.** zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

**6.1.3.** Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności , jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:**

**6.1.4.a.** Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

**6.1.4.b.** Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

**6.1.4.c.** jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

**6.1.4.d.** przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający rozumie również wykonawców będącymi wspólnikami spółki cywilnej.

**6.1.5.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

**6.1.5.a** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**6.1.5.b** Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

**6.1.5.c** W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

**6.1.5.d** Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**6.1.5.e** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.6.1.2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.6.1.5.

#### **6.A PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 USTAWY PZP.**

**6.A.1.** Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarcie likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:



- a) zamawiającym,
- b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- c) członkami komisji przetargowej,
- d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
- 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
- 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

**6.A.2. procedura odwrócona.** Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:**

**7.1.** W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania t.j. Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

- 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
- 3) brak podstaw wykluczenia

**7.2 Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć:**

**7.2.1)** aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1i2 do niniejszej instrukcji./ treść informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie ,że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu./

**7.2.2.)** Na potwierdzenie ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty **poprawnie wypełnioną specyfikację techniczną./ załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ/**

**7.2.3)** Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy / dokument złożony w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia- jeżeli dotyczy/

**7.3.** W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się wykonawcy wspólnie, oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1i2 do niniejszej instrukcji.- składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**7.4.** wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.7.2.1.).

**7.5.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2.1.).

**7.6.zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.**

**7.6.1)** wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art.25 ust.1 pkt.3- ustawy pzp: **odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej- jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 , pkt.1 ustawy pzp.**

**7.6.2)** wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1- ustawy pzp: **oświadczenie wykonawcy**

**7.6.3)** wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art.25 ust.1 pkt.2- ustawy pzp:

**a/ aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,**

**b/ opisy lub fotografie produktów które mają być dostarczone przez wykonawcę , których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,**

**c/ wykaz dostawców części zamiennych , części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,**

**d/ wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji ,**

**okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, kalibracji, regulacji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika.**

**7.7.** Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust 1 pkt.23 ustawy pzp. Wraz z tym oświadczeniem wykonawca może złożyć dowody ,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – **oświadczenie to musi zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust.5 ustawy pzp.**

**7.8.** Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu , a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

**7.9.** Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**7.10.** Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**7.11.** Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

**7.12. PODWYKONAWCY:** zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy pzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę i podania przez wykonawcę firm podwykonawców / wskazać w formularzu oferty w pkt.9/

**7.13.** w zakresie nie uregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. 2016 poz.1126)

## **8. WADIUM**

**W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.**

## **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

**9.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**9.2.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**9.3.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**9.4.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień **na dodatkowe dostawy** na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

**9.5.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**9.6.** Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

**9.7.** Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

**9.8.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

**9.9.** Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**9.10.** Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

**9.11.** Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

**9.12.** W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4.

**9.13.** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

**9.14.** Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

**9.15.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**9.16.** Oferta musi obejmować całość zamówienia.

**9.17.** Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## **10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:**

**10.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką

informację na własnej stronie internetowej (www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**

**10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:**

- **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**

**10.3.** Pytania należy kierować na adres:

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
05-600 Grójec  
ul. Ks. Piotra Skargi 10  
Fax: (48) +48 48 664 21 81  
sekretariat@pcmg.pl**

**10.4.** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**10.5.** Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

**10.6.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

**10.7.** Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**10.8.** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (www.pcmg.pl)

**10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem, o którym mowa w pkt.10.1**

## **11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:**

**11.1.** Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie . Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

**11.2.** Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

**11.3.** Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem zapisów pkt.11.4.

**11.4.** Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku / należy wskazać w formularzu oferty pkt.10/

**11.5.** stawkę podatku vat należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 11 poz.1054 ze zm.)

## **12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**12.1.** Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, **w terminie do 2016.11.16 do godz. 11:00.**

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane **„Oferta przetargowa P-22 /2016 na „Zakup i dostawę dwóch karet –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” nie otwierać przed dniem 2016.11.16 godz. 11:30.”**

**12.3.** W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.



**12.4.** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „**ZMIANA**” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

**12.5.** Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

### **13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

**13.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**13.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**13.3.** Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.- nie dotyczy

**13.4.** Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. – nie dotyczy

### **14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**14.1.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 , **w pok. nr 21 /Sala Konferencyjna/, w dniu 2016.11.16 o godz. 11:30.**

**14.2.** Otwarcie ofert jest jawne.

**14.3.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**14.4.** Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

**14.5.** Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej [www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl) informacje dotyczące:

**14.5.1.** kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

**14.5.2.** firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

**14.5.3.** ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW**

**15.1.** Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

**Cena – 60 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 60/**

**Parametry techniczne - 20 %/ maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium -20/**

**Termin dostawy – 20 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium -20/**

**15.2.** Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

**16. SPOSÓB OCENY OFERT.**

**16.1.** Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

**a/ Kryterium Cena:**

**Wartość punktowa= C min/ C of x R**

R- Ranga ocenianego kryterium

C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert

C of- wartość brutto oferty badanej

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać 60 punktów.

#### **b/ Kryterium „parametry techniczne ”**

Wartość punktowa dla kryterium „parametry techniczne ” będzie wyliczana według wzoru:

**Wartość punktowa= P of / P max x R**

P of – liczba punktów przyznanych ofercie badanej

P max – najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

R- Ranga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „parametry techniczne ” oferta może uzyskać 20 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium „parametry techniczne ”:

Zamawiający dokona oceny kryterium „Parametry Techniczne” wartości podane w specyfikacji technicznej załączonej do oferty.

#### **c/ Kryterium „ termin dostawy ”**

Wartość punktowa dla kryterium „termin dostawy ” będzie wyliczana według wzoru:

**Wartość punktowa= T najkrótszy / T oferowany x R**

T najkrótszy– najkrótszy termin dostawy zaproponowany w ważnych ofertach

T oferowany – termin dostawy zaproponowany w ofercie badanej

R- Ranga ocenianego kryterium

**UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „ termin dostawy” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 3 formularza oferty.**

W przypadku gdy wykonawca nie wypełni oferowanego terminu dostawy w formularzu oferty zamawiający do oceny ofert przyjmie termin 19.12.2016r..

**16.2.** Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**16.3.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

### **17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

**17.1.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

**17.2.** W przypadku wyboru za najkorzystniejszą oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli treść takiej umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej strony, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdej stronie umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania tej umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia , gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron / członków konsorcjum/ do czasu wykonania zamówienia.

**17.3.** Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego.

### **18. ISTOTNE WARUNKI UMOWY**

**18.1.** Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale I SIWZ – „Wzór umowy”

**18.2.** Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

**18.5.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

**18.6.** Wszelkie zmiany do umowy jakie zamawiający dopuszcza zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

## **19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

### **Odwołanie**

**19.1.** Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

**19.2.** Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust.2 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

**19.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**19.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

**19.5.** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

**19.6.** Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2.

**19.7.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**19.8.** Na czynności, o których mowa w pkt. 19.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

**19.9.** Odwołanie wnosi się :

- W terminie **5 dni** od dnia przestania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie albo
- W terminie **10 dni** – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

**19.10.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w **Biuletynie Zamówień Publicznych** lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

**19.11.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.9 i 19.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

**19.12.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**19.13.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

#### **Skarga do sądu**

**19.14.** Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**19.15.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

**19.16.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

## **20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

**20.1.** Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

**20.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**

**20.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.**

**20.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.**

**20.5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.**

**20.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**ROZDZIAŁ II**

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***



### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch karet –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

1. Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016

PARAMETRY WYMAGANE	Spełnia war. graniczne	PARAMETRY OFEROWANE
<b>NADWOZIE</b>		<b>NADWOZIE</b>
Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony	TAK	
Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5550 cm	TAK	
Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą	TAK	
Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi)	TAK	
Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą	TAK	
Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy	TAK	
Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny pokryty blachą ryflowaną	TAK	
Chlapacze kół przednich i tylnych	TAK	
Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie z PN EN 1789	TAK	
Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem	TAK	
Autoalarm	TAK	
Immobilizer	TAK	
Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób)	TAK	

Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesółka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne	TAK	
Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą	TAK	
Izolacja termiczna i akustyczna ścian	TAK	
Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego.	TAK	
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy	TAK	
Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem	TAK	
Fotel pasażera regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem	TAK	
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	TAK	
Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy	TAK	
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem	TAK	
Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX,	TAK	
Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. Doświetlanie zakrętów niezależne od świateł przeciwmgielnych.	TAK	
Światła przeciwmgielne przednie	TAK	

Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym	TAK	
Minimum dwa fabryczne gniazda USB w kabinie kierowcy	TAK	
Czujnik światła	TAK	
Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów	TAK	
Tempomat i elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie.	TAK	
Drzwi przednie ze schowkami min. 4	TAK	
<b>SILNIK I NAPĘD</b>		
Turbodiesel o pojemności min. 2200 cm <sup>3</sup> max 2500 cm <sup>3</sup>	TAK	
Spełniający wymagania normy min. Euro 5b+	TAK	
Moc silnika min. 120 kW(podać moc w KM oferowanego silnika oraz moment obrotowy w Nm)	TAK	
Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów)	TAK	
Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha ( nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość)	TAK	
System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania		
Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać)	TAK	
System Start/Stop (parameter punktowany lecz niewymagany)		
System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny	TAK	
Zużycie energii max. 2,6 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1)	TAK	
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>		
Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. EBV	TAK	
Wspomaganie układu hamulcowego	TAK	
System wspomagania nagłego hamowania	TAK	
System rozdziału siły hamowania	TAK	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		

Ze wspomaganie	TAK	
Regulowana kolumna kierownicy		
<b>ZAWIESZENIE</b>	TAK	
System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny	TAK	
Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, oraz komfort transportu chorego	TAK	
<b>KOŁA I OGUMIENIE</b>		
Rozmiar felg min. 16 cali	TAK	
<b>OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO</b>		
Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiającą wykorzystanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem	TAK	
Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego-grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,1 kW	TAK	
Niezależny od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW	TAK	
Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m <sup>3</sup> /godzinę)	TAK	
Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego;	TAK	
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
Wzmocniony alternator min. 185 A	TAK	

Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min.. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek( podać pojemność akumulatorów)	TAK	
Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.	TAK	
Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale prp z bezpiecznikami zabezpieczającymi	TAK	
Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V)	TAK	
<b>OZNAKOWANIE POJAZDU</b>		
W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpoła pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS.	TAK	
2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej	TAK	
W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego.	TAK	

Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu	TAK	
Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia	TAK	
Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim	TAK	
Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu	TAK	
Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.	TAK	
Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu	TAK	
Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.	TAK	
<b>OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO</b>		
Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego	TAK	
Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)	TAK	
Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego	TAK	
Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym	TAK	
Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO</b>		

Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów(w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schówek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przezroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek.	TAK	
Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykonanym blachą nierdzewną	TAK	
Min. 4 chwytaki do kroplówek mocowane w suficie (podać na ile sztuk)	TAK	
Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia	TAK	
Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu ( podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania.	TAK	
Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane	TAK	
<b>Panel sterujący:</b>	TAK	
- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu		
- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)		
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu		
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego		
- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego		

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury		
-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego		
Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy.	TAK	
<b>CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA</b>		
Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej	TAK	
Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych	TAK	
Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym	TAK	
<b>OŚWIETLENIE SPECJALNE</b>		
Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego	TAK	
<b>SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA</b>		
Sygnał dźwiękowy modulowany	TAK	
Sygnaly pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów	TAK	
<b>ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA</b>		
Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego	TAK	
Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu	TAK	
Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach:	TAK	
- zakres częstotliwości 168-170 MHz		
- impedancja wejścia 50 Ohm		
- współczynnik fali stojącej 1,6		
- charakterystyka promieniowania dookólna		
- zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie		
<b>WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>		



Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki	TAK	
Urządzenie do wybijania szyb	TAK	
Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym	TAK	
Kosz na śmieci min. 2 szt.	TAK	
Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa	TAK	
<b>Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:</b>	TAK	
- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych		
- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V		
- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy		
- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego		
- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego		
- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych		
-wyświetlacz w technologii LCD		
-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego		
<b>PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>		
Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm)	TAK	
Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm)	TAK	
Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm)	TAK	

Jedno obrotowe o kąt min. 90° miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1.	TAK	
Fotel u wezłowania noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym	TAK	
Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne	TAK	
Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian	TAK	
Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym	TAK	
Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami). W świetle przejścia próg o wys. Min. 10 cm.	TAK	
Ampulatorium pleksowe zamontowane na zewnątrz szafek lub półek	TAK	
Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego)	TAK	
Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego)	TAK	
Miejsce mocowania pompy infuzyjnej(uchwyt Zamawiającego)	TAK	
Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem	TAK	
Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu	TAK	

Załączyć świadectwo homologacji typu pojazdu WE na pojazd skompletowany jako – M1 (bez załączników) .	TAK	
---	-----	--

\* wypełnia Wykonawca

I.	NOSZE GŁÓWNE		NOSZE GŁÓWNE
1.	<b>Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem</b>		
2.	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym	TAK	
3.	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;	TAK	
4.	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni;	TAK	
5.	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;	TAK	
6.	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;	TAK	
7.	z dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi;	TAK	
8.	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;	TAK	
9.	z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy	TAK	

10.	Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej).	TAK	
11.	z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;	TAK	
12.	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;	TAK	
13.	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;	TAK	
14.	wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy	TAK	
15.	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)	TAK	
16.	waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);	TAK	
II.	<b>TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH</b>		
1.	<b>Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem</b>		
2.	Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami , umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy	TAK	
3.	regulację wysokości w min sześciu poziomach	TAK	
4.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia)	TAK	

5.	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost ; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm)	TAK	
6.	min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce	TAK	
7.	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg	TAK	
8.	transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą	TAK	
9.	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi	TAK	
10.	waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg);	TAK	

\* wypełnia Wykonawca

- Minimalny okres gwarancji na oferowane karetki-ambulanse typu „C” od daty podpisania protokołu, bez ograniczenia przebiegu, wynosi 24 miesiące.
- Minimalny okres gwarancji na nosze główne i transporter do noszy wynosi 24 miesiące.
- Minimalny okres gwarancji na perforacje nadwozia wynosi 120 miesięcy.
- Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą wynosi 36 miesięcy.
- Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu personelu medycznego w zakresie działania i obsługi oraz konserwacji karetek-ambulansów przy ich przekazywaniu oraz do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznych, eksploatacyjnych i napraw, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w karetkach – ambulansach urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się m.in. z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą , przenośnego tabletu wraz z podstawą/ stacją drukującą/

i przegubowym uchwytem, bez utraty gwarancji producenta pojazdów. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą , a montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji. Wykonawca zapewni wprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD,PRM.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep /Dz.U. z 2005r, nr 238, poz. 2010 z późniejszymi zmianami/, na ambulans sanitarny.
- Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami/
- Ambulanse muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 08 września 2006r.o państwowym Ratownictwie Medycznym.
- Ambulans musi spełnić wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 / w zakresie ambulansu typu „C” /i PN EN 1865
- Po dostarczeniu ambulansów typu „C” wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami , wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procedury rejestracji ambulansów, a w szczególności zobowiązany jest wypełnić wszelkie dokumenty wymagane przez instytucje państwowe np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej , NFZ.
- **Zamawiający informuje o możliwości skorzystania z ustawowego uprawnienia określonego treścią art. 93 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w sytuacji braku uzyskania przez niego dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę umówionego wynagrodzenia.**

**ROZDZIAŁ III**

**FORMULARZ OFERTY**

**I**

**FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....  
.....

Adres\*.....

Tel.\*: .....

Adres poczty elektronicznej\* .....

Regon\*.....

NIP \*:.....

(\* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Ks. Piotra Skargi 10  
05 – 600 Grójec**

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na **zakup i dostawę dwóch karettek – ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ :  
**za cenę** .....zł. brutto  
(słownie:.....,) w tym podatek VAT ..... %, zgodnie z wypełnioną specyfikacją techniczną , stanowiącą załącznik do oferty
2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie – do ..... / maksymalny termin **19 grudnia 2016r./**
4. Akceptujemy termin płatności przelewem według harmonogramu określonego w umowie.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od ..... do ..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składnia ofert.

9. **Zamówienie** zrealizujemy samodzielnie\*/ przy udziale **podwykonawców\***

/ jeżeli dotyczy/ )- wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

.....  
.....

10. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie\*/ nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę ( rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ..... oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku .....

11. Oferujemy okres gwarancji:

w ilości .....miesiący./ wymienić dla poszczególnych elementów zamówienia/

12.Oferta niniejsza zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

1. .... tel..... e-mail.....

2. .... tel..... e-mail .....

14. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) .....

2) .....

3) .....

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

\* niepotrzebne skreślić

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE**

**(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)  
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia **na zakup i dostawę dwóch karet –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, oświadczam, że

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następujących podmiotów:

.....

w następującym zakresie .....

/ należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/

3. Powyższe informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.

.....

*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE**

**(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia **na zakup i dostawę dwóch karet –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** , oświadczam, że

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych.
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych.

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

Zgodnie z art. 24 ust.8 ustawy pzp – wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie ust.1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. W związku z tym wykonawca składa oświadczenie.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie ....., jednocześnie oświadczam, że w związku z tą okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze na podstawie art.24 ust.8 ustawy pzp:

.....  
.....  
.....  
.....

..... dnia ..... r.

.....

*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE**

***(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)***

***dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca***

oświadczam, że następujący podmiot na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu .....

/ podać pełną nazwę firmę , adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/ CEDG/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE**

***(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)***

***dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podwykonawcy nie będącego  
podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca***

oświadczam, że następujący podmiot będący podwykonawcą .....

.....  
/ podać pełną nazwę firmę , adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/ CEDG/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Na zakup i dostawa dwóch karetek –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016**

## 1. Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016

PARAMETRY WYMAGANE	Spełnia war. graniczne	PARAMETRY OFEROWANE
<b>NADWOZIE</b>		<b>NADWOZIE</b>
Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony	TAK	
Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5550 cm	TAK	
Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą	TAK	
Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi)	TAK	
Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą	TAK	
Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy	TAK	
Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny pokryty blachą ryflowaną	TAK	
Chlapacze kół przednich i tylnych	TAK	
Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie z PN EN 1789	TAK	
Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem	TAK	
Autoalarm	TAK	
Immobilizer	TAK	



Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób)	TAK	
Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesółka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne	TAK	
Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą	TAK	
Izolacja termiczna i akustyczna ścian	TAK	
Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego.	TAK	
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy	TAK	
Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem	TAK	
Fotel pasażera regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem	TAK	
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	TAK	
Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy	TAK	
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem	TAK	
Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX,	TAK	

Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. Doświetlanie zakrętów niezależne od świateł przeciwmgielnych.	TAK	
Światła przeciwmgielne przednie	TAK	
Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym	TAK	
Minimum dwa fabryczne gniazda USB w kabinie kierowcy	TAK	
Czujnik światła	TAK	
Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów	TAK	
Tempomat i elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie.	TAK	
Drzwi przednie ze schowkami min. 4	TAK	
<b>SILNIK I NAPĘD</b>		
Turbodiesel o pojemności min. 2200 cm <sup>3</sup> max 2500 cm <sup>3</sup>	TAK	
Spełniający wymagania normy min. Euro 5b+	TAK	
Moc silnika min. 120 kW(podać moc w KM oferowanego silnika oraz moment obrotowy w Nm)	TAK	
Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów)	TAK	
Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha ( nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość)	TAK	
System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania		
Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać)	TAK	
System Start/Stop (parameter punktowany lecz niewymagany)		
System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny	TAK	
Zużycie energii max. 2,6 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1)	TAK	
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>		

Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. EBV	TAK	
Wspomaganie układu hamulcowego	TAK	
System wspomagania nagłego hamowania	TAK	
System rozdziału siły hamowania	TAK	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Ze wspomaganiem	TAK	
Regulowana kolumna kierownicy		
<b>ZAWIESZENIE</b>	TAK	
System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny	TAK	
Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, oraz komfort transportu chorego	TAK	
<b>KOŁA I OGUMIENIE</b>		
Rozmiar felg min. 16 cali	TAK	
<b>OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO</b>		
Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiającą wykorzystanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem	TAK	
Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego-grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,1 kW	TAK	
Niezależny od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW	TAK	
Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m <sup>3</sup> /godzinę)	TAK	
Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego;	TAK	

<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
Wzmocniony alternator min. 185 A	TAK	
Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min.. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregośkolwiek( podać pojemność akumulatorów)	TAK	
Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.	TAK	
Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale prp z bezpiecznikami zabezpieczającymi	TAK	
Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V)	TAK	
<b>OZNAKOWANIE POJAZDU</b>		
W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpoła pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS.	TAK	
2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej	TAK	
W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego.	TAK	

Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu	TAK	
Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia	TAK	
Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim	TAK	
Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu	TAK	
Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.	TAK	
Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu	TAK	
Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.	TAK	
<b>OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO</b>		
Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego	TAK	
Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)	TAK	
Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego	TAK	
Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym	TAK	
Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO</b>		

Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów(w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przezroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek.	TAK	
Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykonanym blachą nierdzewną	TAK	
Min. 4 chwytły do kroplówek mocowane w suficie (podać na ile sztuk)	TAK	
Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia	TAK	
Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu ( podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania.	TAK	
Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane	TAK	
<b>Panel sterujący:</b>	TAK	
- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu		
- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)		
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu		
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego		
- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego		

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury		
-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego		
Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy.	TAK	
<b>CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA</b>		
Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej	TAK	
Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych	TAK	
Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym	TAK	
<b>OŚWIETLENIE SPECJALNE</b>		
Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego	TAK	
<b>SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA</b>		
Sygnał dźwiękowy modulowany	TAK	
Sygnaly pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów	TAK	
<b>ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA</b>		
Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego	TAK	
Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu	TAK	
Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach:	TAK	
- zakres częstotliwości 168-170 MHz		
- impedancja wejścia 50 Ohm		
- współczynnik fali stojącej 1,6		
- charakterystyka promieniowania dookólna		
- zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie		
<b>WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>		

Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki	TAK	
Urządzenie do wybijania szyb	TAK	
Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym	TAK	
Kosz na śmieci min. 2 szt.	TAK	
Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa	TAK	
<b>Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:</b>	TAK	
- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych		
- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V		
- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy		
- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego		
- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego		
- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych		
-wyświetlacz w technologii LCD		
-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego		
<b>PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>		
Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm)	TAK	
Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm)	TAK	
Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm)	TAK	



Jedno obrotowe o kąt min. 90° miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1.	TAK	
Fotel u węzłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym	TAK	
Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne	TAK	
Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian	TAK	
Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym	TAK	
Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami). W świetle przejścia próg o wys. Min. 10 cm.	TAK	
Ampulatorium pleksowe zamontowane na zewnątrz szafek lub półek	TAK	
Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego)	TAK	
Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego)	TAK	
Miejsce mocowania pompy infuzyjnej(uchwyt Zamawiającego)	TAK	
Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem	TAK	
Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu	TAK	

Załączyć świadectwo homologacji typu pojazdu WE na pojazd skompletowany jako – M1 (bez załączników) .	TAK	
---	-----	--

\* wypełnia Wykonawca

I.	NOSZE GŁÓWNE		NOSZE GŁÓWNE
1.	<b>Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem</b>		
2.	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym	TAK	
3.	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;	TAK	
4.	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni;	TAK	
5.	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;	TAK	
6.	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;	TAK	
7.	z dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi;	TAK	
8.	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;	TAK	
9.	z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy	TAK	

10.	Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej).	TAK	
11.	z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;	TAK	
12.	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;	TAK	
13.	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;	TAK	
14.	wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy	TAK	
15.	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)	TAK	
16.	waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);	TAK	
II.	<b>TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH</b>		
1.	<b>Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem</b>		
2.	Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami , umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy	TAK	
3.	regulację wysokości w min sześciu poziomach	TAK	
4.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia)	TAK	

5.	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost ; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm)	TAK	
6.	min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce	TAK	
7.	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg	TAK	
8.	transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą	TAK	
9.	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi	TAK	
10.	waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg);	TAK	

\* wypełnia Wykonawca

**Formularz cenowy**

Lp.	nazwa	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	
1.	Karetka ambulans			
2.	Nosze główne samojezdne			
3.	Transporter noszy głównych			

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**ROZDZIAŁ IV.**

**UMOWA - WZÓR**

**UMOWA /wzór/**

**Na zakup i dostawa dwóch karet –ambulansów z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w **Grójcu** przy ulicy **Piotra Skargi 10**, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351118, reprezentowanym przez:

Marzenę Barwicką – Prezesa Zarządu

(zwanym dalej „Odbiorcą”)

a firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy ..... działającym w oparciu o ....., REGON: ....., NIP: .....

reprezentowaną przez :

1. ....

2. ....

(zwaną dalej “Dostawcą”)

**w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:**

**§ 1.**

**Przedmiot umowy, okres obowiązywania**

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność..... zwanego w umowie sprzętem będącym przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.

2. Termin realizacji umowy – **do ...../ maksymalnie do 19 grudnia 2016./**

3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

## **§ 2.**

### **Warunki dostawy**

1. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy jest kierownik Działu Techniczno- Gospodarczego nr tel./fax. 48 664 9131

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest

.....

## **§ 3.**

### **Wydanie sprzętu, ubezpieczenie i transport**

1. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dostarczenie sprzętu, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu i po wykonaniu tych czynności protokolarne przejęcie przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu sprzętu do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

4. Do sprzętu Wykonawca dołączy specyfikacje, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję obsługi wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim.

## **§ 4.**

### **Rękojmia za wady fizyczne i prawne**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,

patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 5.

### Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem dokument gwarancyjny co do jakości dostarczonego sprzętu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.
3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy lub wymiany sprzętu.
- ~~4. Czas naprawy sprzętu nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku braku możliwości szybkiej naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych.~~
5. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi ..... liczony od daty protokołu odbioru sprzętu. W okresie trwania gwarancji – okresowe bezpłatne przeglądy sprzętu nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. W tym okresie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub wymianą sprzętu z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego §.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu określonego w umowie. Termin reakcji na zgłoszenie usunięcia wady nie może przekroczyć 48 godz. od momentu zgłoszenia w dni robocze.



7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi sprzętu określonego w umowie.

8. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy lub wymiany sprzętu i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

## § 6

### **Podwykonawcy ( dotyczy\*/nie dotyczy\*)**

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:

a) Firmie..... z siedzibą ..... NIP ....., nr konta bankowego ....., w zakresie .....

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.

10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 2 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

#### **§ 7.**

##### **Wartość umowy, zapłata ceny**

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..... zł brutto (słownie ..... ) w tym podatek VAT .....% ; kwota ..... zł netto

2. Zapłata ceny za dostarczony sprzęt nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w terminie do 22 grudnia 2016r. , przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbioru sprzętu objętego umową.

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §7 ust. 3, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

#### **§ 8.**

##### **Zmiana stron umowy**

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez zamawiającego w formie pisemnej.

## **§ 9.**

### **Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy**

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu w całości lub w części Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

## **§ 10.**

### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 11. Prawo właściwe, język, zmiany umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

5.Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 6.Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3,4 i 5 niniejszego § są nieważne.

#### **§ 12.**

##### **egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik do umowy: Specyfikacja techniczna

Akceptuje pod względem finansowym

.....  
Główny Księgowy

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**