



Znak sprawy: PCMG/DZPiZ/P- 24/2016

Grójec dnia 2016.11.18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na zakup i dostawę zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty
209 000 Euro

Sporządził: Hubert Wasila

KARTA UZGODNIENÍ
do postępowania nr PCMG/DZPiZ/P-24/2016
**na zakup i dostawę zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cz.1.**

Grójec, dnia 2016.11.18

Sporządzający SIWZ:

Hubert Wasila
(podpis)

Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Paweł Radwański
(Dyrektor ds. Medycznych)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych

Wanda Kucharska
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna pod względem formalno-prawnym

Karolina Wojtczak
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Agnieszka Pawłowska - Muc
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

Grójec, dnia 2016.11.18

Zatwierdzam przedłożone dokumenty
i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania

Marzena Barwicka
(Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu)

**ROZDZIAŁ I.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**ROZDZIAŁ II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ROZDZIAŁ III.
FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1 do siwz

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu*

Załącznik nr 2 do formularza oferty

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania*

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania podmiotu na którego zasoby powołuje się
wykonawca*

*OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podwykonawcy nie będącego podmiotem
na którego zasoby powołuje się wykonawca*

Załącznik nr 3 do siwz

Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 do siwz

Wykaz zrealizowanych dostaw

ROZDZIAŁ IV. UMOWA (wzór)

ROZDZIAŁ I.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest: **Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Adres: **ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec**
Tel: **+48 48 664 91 01**
Fax: **+48 48 664 21 81**
E-mail: **sekretariat@pcmg.pl**
Adres strony internetowej: **www.pcmg.pl**
NIP: **797-201-92-61**
Nazwa banku i nr konta: **Bank Spółdzielczy Biała Rawska 63 9291 0001 0082 6509 2000 0100**

2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, oświadczenia, umowy oraz dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej instrukcji wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

2.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10
Budynek „DOMONT” I piętro Zarząd PCMG
Fax 48 664 21 81
sekretariat@pcmg.pl**

2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Pani Agnieszka Pawłowska- Muc – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Personelu Średniego
tel. 48 664 9123

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro.**

3.2. Na podstawie **art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

3.3. Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.2.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.

4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

4.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

Zestaw laparoskopowy	33.19.00.00-8 różne urządzenia i produkty medyczne
----------------------	--

4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ.

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia : do 22 grudnia 2016r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu;

6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

6.1.2.a. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

6.1.2.b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

6.1.2.c. zdolności technicznej lub zawodowej- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał dostawy zestawu laparoskopowego o wartości min. 150 000,00 zł .

Uwaga. Gdy w wykazie dostaw przedstawionym przez Wykonawcę, rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym prowadzone były w walucie innej niż polski złoty, wykonawca ma obowiązek przeliczyć /dla celu oceny spełnienia warunku / wartość zamówień określonych w wykazie według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Średnich Walut Obcych NBP na dzień publikacji ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.1.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

6.1.4.a. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6.1.4.b. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.1.4.c. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

6.1.4.d. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

6.1.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.1.5.a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.1.5.b Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy pzp.

6.1.5.c W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.1.5.d Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.1.5.e Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.6.1.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.6.1.5.

6.A PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 USTAWY PZP.

6.A.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.A.2. procedura odwrócona. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania t.j. Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

- 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
- 3) brak podstaw wykluczenia.

7.2 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

7.2.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszej instrukcji/ treść informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu./

7.2.2.) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty **poprawnie wypełnioną specyfikację techniczną zgodną z oferowanym zamówieniem/ odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji/.**

7.2.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy / dokument złożony w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia - jeżeli dotyczy/

7.3. W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się wykonawcy wspólnie, oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszej instrukcji.- składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.7.2.1.).

7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2.1.).

7.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

7.6.1) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy pzp: **odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp.**

7.6.2) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy pzp: **wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, z tym że dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były zrealizowane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.**

7.6.3) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy pzp:

a/ aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

b/ opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone przez Wykonawcę, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,

c/ wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

d/ wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, kalibracji, regulacji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika.

7.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – **oświadczenie to musi**

zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy pzp.

7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

7.12. PODWYKONAWCY: zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców / wskazać w formularzu oferty w pkt.9/

7.13. w zakresie nie uregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126).

8. WADIUM

8.1. Zamawiający nie wymaga wadium.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień **na dodatkowe dostawy** na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp.

9.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.10. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane oraz datowane przez Wykonawcę.

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.15. Oferta musi obejmować całość zamówienia w zakresie zadania.

9.16. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.**

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:

- **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**

10.3. Pytania należy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie. Nr KRS:0000351118,NIP: 797-201-92-61,REGON:142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-600 Grójec
ul. Ks. Piotra Skargi 10
Fax: +48 48 664 21 81
Email: sekretariat@pcmg.pl

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści zmienione ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (www.pcmg.pl).

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem, o którym mowa w pkt.10.1

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie . Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

11.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11.3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem zapisów pkt.11.4.

11.4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku / należy wskazać w formularzu oferty pkt.10/

11.5. Stawkę podatku vat należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 11 poz.1054 ze zm.).

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego **w terminie do 2016.11.28 do godz. 11:00.**

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta przetargowa P-24/2016 na „zakup i dostawę zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.” nie otwierać przed dniem 2016.11.28 godz. 11:30.”

12.3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sadu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie. Nr KRS:0000351118,NIP: 797-201-92-61,REGON:142203546

została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

13.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 , **w pok. nr 21 /Sala Konferencyjna/, w dniu 2016.11.28 o godz. 11:30.**

14.2. Otwarcie ofert jest jawne.

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pcmg.pl informacje dotyczące:

14.5.1. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

14.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

14.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 60 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 60/

Okres gwarancji – 40 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 40/

15.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

16. SPOSÓB OCENY OFERT.

16.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

a/ Kryterium Cena:

Wartość punktowa= C min/ C of x R

R- Ranga ocenianego kryterium

C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert

C of- wartość brutto oferty badanej

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać 60 punktów.

b/ Kryterium „okres gwarancji ”

Wartość punktowa dla kryterium „okres gwarancji ” będzie wyliczana według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = T \text{ of} / T \text{ max} \times R$$

T of – liczba punktów przyznanych ofercie badanej

T max – najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

R- Ranga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „okres gwarancji ” oferta może uzyskać 40 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium „okres gwarancji ”:

- minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca ustalony został na 24 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji ustalony został na 60 miesięcy. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji w ilości 24 miesięcy – zostanie przyznane – 0 punktów
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji w ilości powyżej 24 miesięcy – za każdy następny miesiąc powyżej 24 wykonawca otrzyma – 1 punkt

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 11 formularza oferty.

W przypadku gdy wykonawca nie wypełni oferowanego terminu gwarancji w formularzu oferty zamawiający do oceny ofert przyjmie termin 24 miesięcy.

16.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

17.2. W przypadku wyboru za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – jeżeli treść takiej umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej strony, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdej stronie umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania tej umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron / członków konsorcjum/ do czasu wykonania zamówienia.

17.3. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego.

18. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

18.1. Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.

18.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

18.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

18.6. Wszelkie zmiany do umowy jakie Zamawiający dopuszcza zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sadu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie. Nr KRS:0000351118,NIP: 797-201-92-61,REGON:142203546

Odwołanie

19.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

19.2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust.2 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa **Krajowej** Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy pzp.

19.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 19.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy pzp.

19.9. Odwołanie wnosi się :

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy pzp albo
- w terminie **10 dni** – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w **Biuletynie Zamówień Publicznych** lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.9 i 19.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

19.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Skarga do sądu

19.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

19.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA:

20.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

20.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

20.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

20.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

20.5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

20.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.

Lp.	Nazwa narzędzia	Potwierdzenie	Parametry oferowane
1	<p>Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 340mm.</p>	TAK	
2	<p>Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk ednoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.</p>	TAK	
3	<p>Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie, niełamiwy, oplot bez użycia kleju, pogrubiony i wzmocniony na obu końcach, wyposażony w adaptery w systemie K.Storz od strony optyki i źródła światła, śr.4,8mm, dł. 3000mm</p>	TAK	

4	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 5,5 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
5	Gwóźdź trokara, dedykowany przez Producenta do płaszcza trokara z poz.4 o śr.5,5mm, ostry, trójgraniasty, wielorazowego użytku	TAK	
6	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 11 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
7	Gwóźdź trokara, dedykowany przez Producenta do płaszcza trokara z poz.6 o śr.11mm, ostry, trójgraniasty, wielorazowego użytku	TAK	
8	Redukcja do płaszcza trokara 10-5,5mm, plastikowa, wielorazowego użytku, nakładana zatraskowo na korpus płaszcza trokara, wyposażona w sprężynę dociskającą i uszczelniającą	TAK	

9	Kompletne narzędzie laparoskopowe Maryland, rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, bransze zakrzywione o dł.17mm, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
10	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Uniwersalny, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.17mm, podwójnie żłobione, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
11	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Okienkowy, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.22mm, bransze delikatnie poprzecznie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	

12	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Okienkowy, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.39mm, bransze delikatnie poprzecznie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
13	Kompletne narzędzie laparoskopowe Nożyczki Metzenbaum, wielorazowe,rozbieralne, 4-częściowe, bransze zakrzywione w lewo o dł.15mm, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
14	Igłą Veress'a do insuflacji, wielorazowa, w pełni metalowa, rozbieralna, dł.robocza 150mm, śr.2mm	TAK	
15	Elektroda haczykowa, monopolarna, w kształcie litery "L", z dodatkową izolacją ceramiczną końcówki roboczej, wielorazowa, śr.5mm, dł.360mm	TAK	
16	Elektroda szpatułkowa, wielorazowa, monopolarna, izolacja pełna części górnej zabezpieczająca przed poparzeniem, śr.5mm, dł.330mm	TAK	
17	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, kompatybilny z diatermią Valleylab, dł.min.3 m	TAK	

18	Kompletne kleszcze chwytne, wielorazowe, duże okienkowe, bipolarne, obie bransze aktywne, bransze fakturowane poprzecznie, trzon obrotowy 360 stopni, rozbieralne, 3-częściowe, rękojeść plastikowa bez blokady, złącze bipolarne na dwa płaskie wtyki, śr.5mm, dł.340mm, w komplecie laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, w tym onkologicznych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiękami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do troakra laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK	TAK	
19	Przewód bipolarny do oferowanego narzędzia z poz.18, kompatybilny z diatermią Erbe ICC/ACC, dł.min.3m	TAK	
20	Rączka w pełni metalowa do ssania-płukania, okrągła, rozbieralna, sterowanie pracą kciukiem w trzech płaszczyznach (pozycja: ssanie-neutralna-płukanie)	TAK	
21	Tuba ssąco-płucząca, wielorazowa, dedykowana do pracy z rączką z poz.20, dodatkowe otwory irygacyjne w części dystalnej, mocowanie z rączką na gwint, śr.5mm, dł.330mm	TAK	
22	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x50mm	TAK	

23	<p>Optyka histeroskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 302mm.</p>	TAK	
24	<p>Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk ednoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.</p>	TAK	
25	<p>Kompletny minihisteroskop kompakt (jednoczęściowy, nierozbieralny) dedykowany do pracy z optyką 2,9 mm o kącie patrzenia 30 stopni, dł. 302 mm. Histeroskop posiadający 2 kraniki do przepływu medium oraz 1 kanał roboczy o średnicy 5 Charr. Płaszcz o średnicy zewnętrznej 5 mm, długość części roboczej 226 mm. Część, dystalna atrumatyczna. Trzon laserowo wygrawerowany podziałką centymetrową głębokości. Mocowanie optyki w systemie zapadkowym. Minihisteroskop posiada kodowanie kolorystyczne kompletu</p>	TAK	
26	<p>Obturator płaszcz tępy dedykowany do minihisteroskopu z poz.25, posiadający system kodowania kolorystycznego (fragmenty obturatora i histeroskopu posiadają akcenty kolorystyczne w identycznym odcieniu)</p>	TAK	

27	Kompletne kleszczyki biopsyjne, endoskopowe, pół-sztynne, tyżeczkowe, jednoczęściowe i nierozbieralne, obie bransze ruchome, śr.5FR, dł.400mm	TAK	
28	Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie, niełamliwy, oplot bez użycia kleju, pogrubiony i wzmocniony na obu końcach, wyposażony w adaptery w systemie K.Storz od strony optyki i źródła światła, śr.3,5mm, dł. 3000mm	TAK	
29	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x50mm	TAK	
30	Optyka histeroskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 0 stopni, dł. 302mm.	TAK	
31	Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk ednoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.	TAK	

32	Element roboczy mini histero- resektoskopu śr.16FR, pasywny, rękojeść zamknięta wykonana z tytanu, system "click" łączenia z kompletnym płaszczem resektoskopowym, montaż optyki w systemie zapadkowym, podłączenie przewodu HF od góry, element dedykowany do współpracy z optyką 2,9mm i kącie patrzenia 0 stopni	TAK	
33	Kompletny zestaw płaszcz wewnętrznego i zewnętrznego do bipolarnej mini histero- resektoskopii śr.16FR, kompatybilny z elementem roboczym z poz.32, łączenie obu płaszczki w systemie "click", obrotowy, część dystalna pokryta ceramiką oraz posiada na całym obwodzie perforację, ciągły przepływ, śr.16FR, dł.robocza 194mm, oznaczenia kolorystyczne na kranikach do przepływu medium dopływ-odpływ	TAK	
34	Płaszcz wewnętrzny mini histeroskopu 16FR, dedykowany do łączenia z płaszczem zewnętrznym mini histero- resektoskopu tworząc ze sobą kompatybilny zestaw histeroskopowy współpracujący z optyką o śr.2,9mm i dł.302mm, łączenie obu płaszczki w systemie "click" a montaż optyki w systemie zapadkowym, wyposażony w jeden kanał roboczy z kranikiem metalowym o śr.5FR, dł.kompletu 194mm	TAK	
35	Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczki z poz.32 i 33, pętlowa, zakrzywiona pod kątem 90 stopni, montowana zatraskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 0 stopni	TAK	

36	Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.32 i 33, kulkowa, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 0 stopni	TAK	
37	Elektroda bipolarna "Button" do histeroskopii, giętka, podłączenie na dwa płaskie wtyki, śr.5FR, dł.360mm	TAK	
38	Elektroda bipolarna igłowa do histeroskopii, giętka, część robocza zakrzywiona w dół, podłączenie na dwa płaskie wtyki, śr.5FR, dł.360mm	TAK	
39	Przewód bipolarny do elementu roboczego resektoskopu z poz.32, dł.min.3m, kompatybilny z diatermią ERBE	TAK	
40	Przewód bipolarny do elektrod histeroskopowych giętkich, złącze od strony narzędzia na dwa płaskie wtyki, dł.min.3m, kompatybilny z diatermią ERBE	TAK	
41	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, drucziany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x50mm	TAK	
42	Mata silikonowa typu "język" do przechowywania i umocowania narzędzi chirurgicznych, wym.470x230mm	TAK	
43	Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 340mm.	TAK	

44	Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk ednoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.	TAK	
45	Światłowod medyczny w nieprzezroczystej osłonie, niełamiwy, oplot bez użycia kleju, pogrubiony i wzmocniony na obu końcach, wyposażony w komplet adapterów od strony optyki i źródła światła, do wyboru śr.4,8mm, dł. 3000mm	TAK	
46	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 5,5 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
47	Gwóźdź trokara, dedykowany przez Producenta do płaszcz trokara z poz.4 o śr.5,5mm, ostry, trójgraniasty, wielorazowego użytku	TAK	

48	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 11 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
49	Gwóźdź trokara metalowy, bezpieczny o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 11 mm. Gwóźdź w pełni rozbieralny do najprostszyc części składowyc. System blokowania ostrza po każdorazowym użyciu. Kolejne wymaga "nabicia" trokara za pomocą specjalnego pierścienia ze wskazanym strzałką kierunkiem aktywacji.	TAK	
50	Redukcja do płaszcz trokara 10-5,5mm, plastikowa, wielorazowego użytku, nakładana zatraskowo na korpus płaszcz trokara, wyposażona w sprężynę dociskającą i uszczelniającą	TAK	
51	Kompletne narzędzie laparoskopowe Maryland, rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, bransze zakrzywione, dł.bransz 17mm, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	

52	Kompletne narzędzie laparoskopowe Nożyczki Metzenbaum, wielorazowe,rozbieralne, 4-częściowe, bransze zakrzywione w lewo o dł.15mm, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
53	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Okienkowy, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.39mm, bransze delikatnie poprzecznie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
54	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Falisty, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze o dł.22mm, bransze poprzecznie falowane, jedna bransza zakończona 2 zębami, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	

55	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Cobra, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze o dł.10mm, bransze poprzecznie fakturowane, 2x4 zęby, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
56	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Babcock, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze o dł.17mm, bransze delikatnie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
57	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Claw, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.25mm, 2x3 zęby ostre, górna bransza aktywna, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
58	Elektroda haczykowa, monopolarna, w kształcie litery "L", z dodatkową izolacją ceramiczną końcówki roboczej, wielorazowa, śr.5mm, dł.360mm	TAK	

59	Imadło do szycia laparoskopowego, bransze proste i utwardzane wkładką węglową, rękojeść z blokadą, rękojeść ultralekka w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytym teflonem, imadło wyposażone w kanał do czyszczenia, śr.5mm, dł.330mm	TAK	
60	Klipsownica laparoskopowa, wielorazowego użytku, obrotowa, nierozbieralna, dedykowana przez Producenta do klipsów tytanowych firmy Ethicon rozmiar M-L. Klipsownica wyposażona w kanał do czyszczenia, śr.10mm, dł.robocza 320mm	TAK	
61	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, kompatybilny z diatermią Valleylab, dł.min.3 m	TAK	
62	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, drucziany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x100mm	TAK	
63	Pompa wielofunkcyjna o zastosowaniu ssąco-płuczającym oraz tłoczącym płyny*	TAK	
64	Oprogramowanie (transponder) do uruchomienia programu "LAP" ssąco-płuczającego używanego podczas zabiegów laparoskopowych.Oprogramowanie w formie czytnika pozwalającego na uruchomienie programu we własnym zakresie (bez wzywania Serwisu).	TAK	

65	Kompletne narzędzie laparoskopowe elewator (palpator) wątrobowy, pięciopalczasty, wielorazowego użytku, rozbieralne, 4-częściowe, bransze rozkładane, tępo zakończone, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z systemem rozkładania i składania narzędzia za pomoc pokrętła, śr.5mm, dł.robocza 355mm	TAK	
66	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, kompatybilny z diatermią ERBE, dł.min.3 m	TAK	

INNE WYMAGANIA

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.
2. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 miesiące
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce – podać adres
4. Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego.
5. Deklaracje zgodności i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
6. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 8 lat
7. W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej.
8. Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze
9. Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni roboczych
10. Na czas naprawy powyżej 3 dni roboczych aparat zastępczy.
11. Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO siwz

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....
.....

Adres*.....

Tel.*:

Adres poczty elektronicznej*

Regon*.....

NIP *:.....

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ks. Piotra Skargi 10
05 – 600 Grójec**

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego **poniżej 209 000 Euro na zakup i dostawę zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1**, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ :
.....zł. brutto
(słownie:.....,) w tym podatek VAT
..... %, zgodnie z wypełnioną specyfikacją techniczną , stanowiącą załącznik do oferty
2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie do dnia **22 grudnia 2016r.**
4. Akceptujemy termin płatności przelewem według harmonogramu określonego w umowie.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

9. **Zamówienie** zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale **podwykonawców***

/ jeżeli dotyczy/)- wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

.....
.....

10. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku

11. Oferujemy okres gwarancji w ilościmiesiący.

12. Oferta niniejsza zawiera kolejno ponumerowanych stron.

13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

1. tel..... e-mail.....
2. tel..... e-mail.....

14. **Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).**

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1)
- 2)
- 3)

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

**(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1., oświadczam, że

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następujących podmiotów:

.....
..... w następującym zakresie
.....

/ należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/

3. Powyższe informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.,

oświadczam, że

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych.
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zgodnie z art. 24 ust.8 ustawy pzp – Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust.1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. W związku z tym Wykonawca składa oświadczenie.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie, jednocześnie oświadczam, że w związku z tą okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze na podstawie art.24 ust.8 ustawy pzp:

.....
.....
.....
.....
.....

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca

oświadczam, że następujący podmiot, na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu

.....
.....

/ podać pełną nazwę firmę , adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/ CEDG/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

**(zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podwykonawcy nie będącego
podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca**

oświadczam, że następujący podmiot będący podwykonawcą

.....

.....

/ podać pełną nazwę firmę , adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/ CEDG/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Na zakup i dostawę zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.

Lp.	Nazwa narzędzia	Potwierdzenie	Parametry oferowane
1	Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 340mm.	TAK	
2	Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk ednoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.	TAK	
3	Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie, niełamliwy, oplot bez użycia kleju, pogrubiony i wzmocniony na obu końcach, wyposażony w adaptery w systemie K.Storz od strony optyki i źródła światła, śr.4,8mm, dł. 3000mm	TAK	

4	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 5,5 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
5	Gwóźdź trokara, dedykowany przez Producenta do płaszcza trokara z poz.4 o śr.5,5mm, ostry, trójgraniasty, wielorazowego użytku	TAK	
6	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 11 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
7	Gwóźdź trokara, dedykowany przez Producenta do płaszcza trokara z poz.6 o śr.11mm, ostry, trójgraniasty, wielorazowego użytku	TAK	
8	Redukcja do płaszcza trokara 10-5,5mm, plastikowa, wielorazowego użytku, nakładana zatraskowo na korpus płaszcza trokara, wyposażona w sprężynę dociskającą i uszczelniającą	TAK	

9	Kompletne narzędzie laparoskopowe Maryland, rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, bransze zakrzywione o dł.17mm, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
10	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Uniwersalny, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.17mm, podwójnie żłobione, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
11	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Okienkowy, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.22mm, bransze delikatnie poprzecznie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	

12	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Okienkowy, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.39mm, bransze delikatnie poprzecznie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
13	Kompletne narzędzie laparoskopowe Nożyczki Metzenbaum, wielorazowe,rozbieralne, 4-częściowe, bransze zakrzywione w lewo o dł.15mm, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
14	Iglą Veress'a do insuflacji, wielorazowa, w pełni metalowa, rozbieralna, dł.robocza 150mm, śr.2mm	TAK	
15	Elektroda haczykowa, monopolarna, w kształcie litery "L", z dodatkową izolacją ceramiczną końcówki roboczej, wielorazowa, śr.5mm, dł.360mm	TAK	
16	Elektroda szpatułkowa, wielorazowa, monopolarna, izolacja pełna części górnej zabezpieczająca przed poparzeniem, śr.5mm, dł.330mm	TAK	
17	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, kompatybilny z diatermią Valleylab, dł.min.3 m	TAK	

18	Kompletne kleszcze chwytne, wielorazowe, duże okienkowe, bipolarne, obie bransze aktywne, bransze fakturowane poprzecznie, trzon obrotowy 360 stopni, rozbieralne, 3-częściowe, rękojeść plastikowa bez blokady, złącze bipolarne na dwa płaskie wtyki, śr.5mm, dł.340mm, w komplecie laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, w tym onkologicznych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiękami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do troakra laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK	TAK	
19	Przewód bipolarny do oferowanego narzędzia z poz.18, kompatybilny z diatermią Erbe ICC/ACC, dł.min.3m	TAK	
20	Rączka w pełni metalowa do ssania-płukania, okrągła, rozbieralna, sterowanie pracą kciukiem w trzech płaszczyznach (pozycja: ssanie-neutralna-płukanie)	TAK	
21	Tuba ssąco-płuczająca, wielorazowa, dedykowana do pracy z rączką z poz.20, dodatkowe otwory irygacyjne w części dystalnej, mocowanie z rączką na gwint, śr.5mm, dł.330mm	TAK	
22	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x50mm	TAK	

23	<p>Optyka histeroskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 302mm.</p>	TAK	
24	<p>Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk ednoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.</p>	TAK	
25	<p>Kompletny minihisteroskop kompakt (jednoczęściowy, nierozbieralny) dedykowany do pracy z optyką 2,9 mm o kącie patrzenia 30 stopni, dł. 302 mm. Histeroskop posiadający 2 kraniki do przepływu medium oraz 1 kanał roboczy o średnicy 5 Charr. Płaszcz o średnicy zewnętrznej 5 mm, długość części roboczej 226 mm. Część, dystalna atrumatyczna. Trzon laserowo wygrawerowany podziałką centymetrową głębokości. Mocowanie optyki w systemie zapadkowym. Minihisteroskop posiada kodowanie kolorystyczne kompletu</p>	TAK	
26	<p>Obturator płaszcz tępy dedykowany do minihisteroskopu z poz.25, posiadający system kodowania kolorystycznego (fragmenty obturatora i histeroskopu posiadają akcenty kolorystyczne w identycznym odcieniu)</p>	TAK	

27	Kompletne kleszczyki biopsyjne, endoskopowe, pół-sztynne, tyżeczkowe, jednoczęściowe i nierozbieralne, obie bransze ruchome, śr.5FR, dł.400mm	TAK	
28	Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie, niełamliwy, oplot bez użycia kleju, pogrubiony i wzmocniony na obu końcach, wyposażony w adaptery w systemie K.Storz od strony optyki i źródła światła, śr.3,5mm, dł. 3000mm	TAK	
29	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x50mm	TAK	
30	Optyka histeroskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 0 stopni, dł. 302mm.	TAK	
31	Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk endoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.	TAK	

32	Element roboczy mini histero- resektoskopu śr.16FR, pasywny, rękojeść zamknięta wykonana z tytanu, system "click" łączenia z kompletnym płaszczem resektoskopowym, montaż optyki w systemie zapadkowym, podłączenie przewodu HF od góry, element dedykowany do współpracy z optyką 2,9mm i kącie patrzenia 0 stopni	TAK	
33	Kompletny zestaw płaszcz wewnętrznego i zewnętrznego do bipolarnej mini histero- resektoskopii śr.16FR, kompatybilny z elementem roboczym z poz.32, łączenie obu płaszcz w systemie "click", obrotowy, część dystalna pokryta ceramiką oraz posiada na całym obwodzie perforację, ciągły przepływ, śr.16FR, dł.robocza 194mm, oznaczenia kolorystyczne na kranikach do przepływu medium dopływ-odpływ	TAK	
34	Płaszcz wewnętrzny mini histeroskopu 16FR, dedykowany do łączenia z płaszczem zewnętrznym mini histero- resektoskopu tworząc ze sobą kompatybilny zestaw histeroskopowy współpracujący z optyką o śr.2,9mm i dł.302mm, łączenie obu płaszcz w systemie "click" a montaż optyki w systemie zapadkowym, wyposażony w jeden kanał roboczy z kranikiem metalowym o śr.5FR, dł.kompletu 194mm	TAK	
35	Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszcz z poz.32 i 33, pętlowa, zakrzywiona pod kątem 90 stopni, montowana zatraskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 0 stopni	TAK	

36	Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.32 i 33, kulkowa, montowana zatraskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 0 stopni	TAK	
37	Elektroda bipolarna "Button" do histeroskopii, giętka, podłączenie na dwa płaskie wtyki, śr.5FR, dł.360mm	TAK	
38	Elektroda bipolarna igłowa do histeroskopii, giętka, część robocza zakrzywiona w dół, podłączenie na dwa płaskie wtyki, śr.5FR, dł.360mm	TAK	
39	Przewód bipolarny do elementu roboczego resektoskopu z poz.32, dł.min.3m, kompatybilny z diatermią ERBE	TAK	
40	Przewód bipolarny do elektrod histeroskopowych giętkich, złącze od strony narzędzia na dwa płaskie wtyki, dł.min.3m, kompatybilny z diatermią ERBE	TAK	
41	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, drucziany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x50mm	TAK	
42	Mata silikonowa typu "język" do przechowywania i umocowania narzędzi chirurgicznych, wym.470x230mm	TAK	
43	Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 340mm.	TAK	

44	Kontener aluminiowy do przechowywania i sterylizacji optyk ednoskopowych składający się z wanny i pokrywy, wanna i pokrywa perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty w pokrywie oraz wannie zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem, pokrywa wyposażona w klamry zamykające kontener, wym.450x70x70, możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów na etapie realizacji.	TAK	
45	Światłowod medyczny w nieprzezroczystej osłonie, niełamiwy, oplot bez użycia kleju, pogrubiony i wzmocniony na obu końcach, wyposażony w komplet adapterów od strony optyki i źródła światła, do wyboru śr.4,8mm, dł. 3000mm	TAK	
46	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 5,5 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
47	Gwóźdź trokara, dedykowany przez Producenta do płaszcz trokara z poz.4 o śr.5,5mm, ostry, trójgraniasty, wielorazowego użytku	TAK	

48	Płaszcz trokara laparoskopowego, rozbieralny, 3-częściowy, wielorazowego użytku (bez limitu ilości cykli sterylizacji) ultra lekki - wykonany w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK i PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wewnętrzną wielorazowego użytku w kształcie kominka ze skrzydełkami - zapewniającą szczelność, średnica 11 mm, długość części roboczej 100mm, gwintowany z zaworem do insuflacji, kaniula ścięta pod kątem.	TAK	
49	Gwóźdź trokara metalowy, bezpieczny o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 11 mm. Gwóźdź w pełni rozbieralny do najprostszycz części składowycz. System blokowania ostrza po każdorazowym użyciu. Kolejne wymaga "nabicia" trokara za pomocą specjalnego pierścienia ze wskazanym strzałką kierunkiem aktywacji.	TAK	
50	Redukcja do płaszcz trokara 10-5,5mm, plastikowa, wielorazowego użytku, nakładana zatraskowo na korpus płaszcz trokara, wyposażona w sprężynę dociskającą i uszczelniającą	TAK	
51	Kompletne narzędzie laparoskopowe Maryland, rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, bransze zakrzywione, dł.bransz 17mm, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	

52	Kompletne narzędzie laparoskopowe Nożyczki Metzenbaum, wielorazowe,rozbieralne, 4-częściowe, bransze zakrzywione w lewo o dł.15mm, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
53	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Okienkowy, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.39mm, bransze delikatnie poprzecznie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
54	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Falisty, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze o dł.22mm, bransze poprzecznie falowane, jedna bransza zakończona 2 zębami, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	

55	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Cobra, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze o dł.10mm, bransze poprzecznie fakturowane, 2x4 zęby, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
56	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Babcock, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze o dł.17mm, bransze delikatnie fakturowane, obie bransze aktywne, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
57	Kompletne narzędzie laparoskopowe Grasper Claw, wielorazowe, rozbieralne, 4-częściowe, bransze proste o dł.25mm, 2x3 zęby ostre, górna bransza aktywna, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z metalową blokadą na palec wskazujący, ze złączem HF, śr.5mm, dł.robocza 330mm	TAK	
58	Elektroda haczykowa, monopolarna, w kształcie litery "L", z dodatkową izolacją ceramiczną końcówki roboczej, wielorazowa, śr.5mm, dł.360mm	TAK	

59	Imadło do szycia laparoskopowego, bransze proste i utwardzane wkładką węglową, rękojeść z blokadą, rękojeść ultralekka w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytym teflonem, imadło wyposażone w kanał do czyszczenia, śr.5mm, dł.330mm	TAK	
60	Klipsownica laparoskopowa, wielorazowego użytku, obrotowa, nierozbieralna, dedykowana przez Producenta do klipsów tytanowych firmy Ethicon rozmiar M-L. Klipsownica wyposażona w kanał do czyszczenia, śr.10mm, dł.robocza 320mm	TAK	
61	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, kompatybilny z diatermią Valleylab, dł.min.3 m	TAK	
62	Sito-kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym.480x250x100mm	TAK	
63	Pompa wielofunkcyjna o zastosowaniu ssąco-płuczającym oraz tłoczącym płyny*	TAK	
64	Oprogramowanie (transponder) do uruchomienia programu "LAP" ssąco-płuczającego używanego podczas zabiegów laparoskopowych. Oprogramowanie w formie czytnika pozwalającego na uruchomienie programu we własnym zakresie (bez wzywania Serwisu).	TAK	
65	Kompletne narzędzie laparoskopowe elewator (palpator) wątrobowy, pięciopalczasty, wielorazowego użytku, rozbieralne, 4-częściowe, bransze rozkładane, tępo zakończone, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskującej na gwint, rękojeść plastikowa z systemem rozkładania i składania narzędzia za pomoc pokrętła,	TAK	

	śr.5mm, dł.robocza 355mm		
66	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, kompatybilny z diatermią ERBE, dł.min.3 m	TAK	

..... dnia r.

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 6 do siwz*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały zrealizowane należycie:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia *zakup i dostawa zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.*, oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonałem następujące dostawy:

l.p	Podmiot na rzecz którego dostawy zostały zrealizowane / nazwa i adres/	Wartość dostawy	Przedmiot dostawy	Data wykonania

W celu poświadczenia, że dostawy wykazane w powyższej tabeli w poz zostały wykonane należycie, załączam do oferty następujące dowody:

1..... zał. Nr..... do oferty itd.

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV.

UMOWA - WZÓR

UMOWA /wzór/

Na zakup i dostawę zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cz.1.

Zawarta w dniu pomiędzy:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w **Grójcu** przy ulicy **Piotra Skargi 10**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351118, NIP 7972019261 reprezentowana przez: Marzenę Barwicką – Prezesa Zarządu (zwanym dalej „Odbiorcą”)

a firmą z siedzibą w przy ulicy działającym w oparciu o, REGON:, NIP: reprezentowaną przez :

1.

2.

(zwaną dalej “Dostawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność sprzętu będącego przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.

2. Termin realizacji umowy – **do 22 grudnia 2016.**

3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy jest kierownik Działu Techniczno- Gospodarczego nr tel./fax. 48 664 9131

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest

.....

§ 3.

Wydanie sprzętu, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dostarczenie sprzętu, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu i po wykonaniu tych czynności protokolarne przejście przez Zamawiającego. Za miejsce dostawy (Miejsce Dostawy) uznaje się adres **Odbiorcy: ulica Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.**

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu sprzętu do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

4. Do sprzętu Wykonawca dołączy specyfikacje, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim.

§ 4.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem dokument gwarancyjny co do jakości dostarczonego sprzętu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.
3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy lub wymiany sprzętu.
4. Czas naprawy sprzętu wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze. W przypadku braku możliwości szybkiej naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy wynoszący powyżej 3 dni roboczych.
5. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi liczony od daty protokołu odbioru sprzętu. W okresie trwania gwarancji – okresowe bezpłatne przeglądy sprzętu nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. W tym okresie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub wymianą sprzętu z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu określonego w umowie. Termin reakcji na

zgłoszenie usunięcia wady nie może przekroczyć 48 godz. od momentu zgłoszenia w dni robocze.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi sprzętu określonego w umowie.

8. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy lub wymiany sprzętu i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

§ 6

Podwykonawcy (dotyczy*/nie dotyczy*)

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:

a) Firmie..... z siedzibą NIP, nr konta bankowego, w zakresie

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.

10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są podwykonawcy, Wykonawca w terminie 2 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę zł brutto (słownie) w tym podatek VAT% ; kwota zł netto

2. Zapłata ceny za dostarczony sprzęt nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbioru sprzętu objętego umową.

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §7 ust. 3, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

§ 8.

Zmiana stron umowy

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez zamawiającego w formie pisemnej.

§ 9.

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu w całości lub w części Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10.

Rozstrzygnięcie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11. Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

6. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3,4 i 5 niniejszego § są nieważne.

§ 12.

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik do umowy: Specyfikacja techniczna

Akceptuje pod względem finansowym

.....
Główny Księgowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Sporządził: Hubert Wasila