

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

Grójec 01.09.2017r.

PCMG/P/16/2017

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**zakup i dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla potrzeb Powiatowego Centrum  
Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.**

W związku z wpływaniem pytań do w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6 tygodni, który jest standardowym okresem dla tego typu realizacji?

*Odpowiedź*

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2 Pakiet 1**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu osobno łóżka i szafki? Spowoduje to możliwość złożenia oferty większej ilości oferentów, a co za tym idzie zwiększy się ilość i konkurencyjność cen.

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3 Pakiet 1 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 26 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 12 opisu dopuści szafkę z konstrukcją szafki dwustronną z możliwością postawienia szafki z lewej lub prawej strony, bez konieczności zamiany stron montażu drzwiczek?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 4 Pakiet 1 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 26 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści szafkę z szufladą suwną na prowadnicach suwnych co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5 Pakiet 1 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 26 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści szafkę o szerokości całkowitej 400 mm ?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 6 Pakiet 1 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 26 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści szafkę z blatem górnym szafki wyprofilowanymi krawędziami z czterech stron zapobiegającymi spadaniu przedmiotów bez metalowego relingu oraz uchwytu na szklankę lub aluminiowym relingiem na jednym boku szafki oraz dwoma aluminiowymi listwami na dwóch bokach szafki?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6 tygodni, który jest standardowym okresem dla tego typu realizacji?

*Odpowiedź*  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8 Pakiet 2**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu osobno łóżka i szafki? Spowoduje to możliwość złożenia oferty większej ilości oferentów, a co za tym idzie zwiększy się ilość i konkurencyjność cen.

*Odpowiedź*  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9 Pakiet 2 Poz. 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne**

Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści szerokość leża 850 mm co różni się tylko o 10 mm od oczekiwanego?

*Odpowiedź*  
Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 10 Pakiet 2 Poz. 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne**

Czy Zamawiający w pkt. 19 opisu dopuści szczyty łóżka ze stali malowanej farbą proszkową z wypełnieniem wysokiej jakości płytą HPL?

*Odpowiedź*  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 11 Pakiet 2 Poz. 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne**

Czy Zamawiający w pkt. 26 opisu dopuści metalowe uchwyty materaca ?

*Odpowiedź*  
Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 12 Pakiet 2 Poz. 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne**

Czy Zamawiający w pkt. 29 opisu dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia? Łóżko ma mieć stałą wysokość leża, więc konstrukcja łóżka nie wymaga przykrycia podwozia.

*Odpowiedź*  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13 Pakiet 2 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści szafkę z blatem górnym szafki wyprofilowanymi krawędziami z czterech stron zapobiegającymi spadaniu przedmiotów bez metalowego relingu oraz uchwytu na szklankę lub aluminiowym relingiem na jednym boku szafki oraz dwoma aluminiowymi listwami na dwóch bokach szafki?

*Odpowiedź*  
Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 14 Pakiet 2 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 9 opisu dopuści szafkę z szufladą suwną na prowadnicach suwnych co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

*Odpowiedź*  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 Pakiet 2 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 13 opisu dopuści szafkę bez dodatkowego piątego koła? Konstrukcja szafki z rozkładanym blatem jest w pełni stabilna i nie wymaga dodatkowego koła.

*Odpowiedź*  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16 Pakiet 2 Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający w pkt. 15 opisu dopuści szafkę z konstrukcją szafki dwustronną z możliwością postawienia szafki z lewej lub prawej strony, bez konieczności zamiany stron montażu drzwiczek oraz przekładania blatu bocznego?

*Odpowiedź*  
Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 17 Pakiet 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne – 12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na jednym szczeblu barierki?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18 Pakiet 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne – 12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą dwóch trzpieni?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19 Pakiet 1 Szafka przyłóżkowa – 26 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej 440 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 20 Pakiet 1 Szafka przyłóżkowa – 26 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości blatu od podłogi 865 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 21 Pakiet 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 22 Pakiet 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na jednym szczeblu barierki?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23 Pakiet 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24 Pakiet 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca nie wystające powyżej powierzchni materaca, a tym samym zabezpieczające pacjenta przed urazami?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 25 Pakiet 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą dwóch trzpieni?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26 Pakiet 2 Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej bez blatu bocznego 440 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 27 Pakiet 2Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości blatu od podłogi 865 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 28 Pakiet 2Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 660 x 430 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 29 Pakiet 2Szafka przyłóżkowa – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 30 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami tworzywowymi, łatwo odejmowanymi, odejmowanymi w całości, bez odejmowanego wypełnienia?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych rur, pokrytych chromem, z odejmowanym wypełnieniem wykonanym z płyty hpl?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką przymocowaną na stałe?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 33 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 460-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 34 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 35 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowane w specjalne tuleje znajdujące się pod ramą leża za pomocą mechanizmu zatraskowego?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 36 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością punktowego montażu uchwytów na woreczki fizjologiczne?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 37 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru koloru ramy łóżka z pośród białego i szarego?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 38 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 430 mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 39 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru koloru konstrukcji z pośród białego i szarego?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 40 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 41 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 930 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 42 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem adekwatnym do leża o szerokości 80 cm o wymiarach 780 x 2000 x 100 mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 43 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża 550 mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 44 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji segmentu pleców?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 45 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 46 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców o długości 710 mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 47 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, metalowymi, o długości około  $\frac{3}{4}$  długości leża?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 48 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami na materac?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 49 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej obudowy podwozia?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 50 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowane w specjalne tuleje znajdujące się pod ramą leża za pomocą mechanizmu zatraskowego?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 51 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością punktowego montażu uchwytów na woreczki fizjologiczne?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 52 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru koloru ramy łóżka z pośród białego i szarego?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 53 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru koloru konstrukcji z pośród białego i szarego?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 54 Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 55 Pakiet 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżka z krążkami odbojowymi chroniącymi łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami o średnicy 60mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 56 Pakiet 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko listwą odbojową umieszczoną na jednym szczeblu barierki?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 57 Pakiet 1Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z rur stalowych pokrytych powłoką chromową, wypełnione płyta HPL, wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 58 Pakiet 1Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa w technologii rotomuldingu bez miejsc łączenia z kolorową wklejką?

*Odpowiedź*

Dopuszczamy, pod warunkiem odporności na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych oraz promieni UV.

**Pytanie 59 Pakiet 1Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżka z kółkami o średnicy 125mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 60 Pakiet 1Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżka bez tworzywowej osłony podwozia?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 61 Pakiet 1Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 430mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 62 Pakiet 1Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem górnym bez jakichkolwiek relingów i listew?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 63 Pakiet 1Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z metalowym relingiem na jednym boku szafki i bez aluminiowych listew na dwóch bokach szafki?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 64 Pakiet 1Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką o wysokości 70mm pomiędzy szufladą a kontenerkiem?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 65 Pakiet 1Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienia zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 66 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje łóżek o stałej wysokości czy o konstrukcji pantografowej z regulacją wysokości?

*Odpowiedź*

Zamawiający oczekuje łóżek o konstrukcji pantografowej z regulacją wysokości.

**Pytanie 67 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością leża 860mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 68 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców o długości 730mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 69 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy zamawiający dopuści łóżko z segmentem stałym leża o długości 1120mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 70 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłogi 550mm?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 71 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 72 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwami odbojowymi umieszczonymi na jednym szczeblu barierki?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 73 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi malowanymi proszkowo zabezpieczające pacjenta  $\frac{3}{4}$  długości leża?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 74 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi chromowanymi zabezpieczające pacjenta  $\frac{3}{4}$  długości leża?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 75 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi jednoosiowymi?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 76 Pakiet nr 2 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 77 Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym regulowanym bezstopniowo w zakresie 730-1000mm?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 78 Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem górnym bez jakichkolwiek relingów i listew?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuści warunkowo z blatem górnym szafki wyprofilowanym krawędziami z 4 stron.



**Pytanie 79 Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z metalowym relingiem na jednym boku szafki i bez aluminiowych listew n dwóch bokach szafki?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 80 Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką o wysokości 70mm pomiędzy szufladą a kontenerkiem?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 81 Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienia zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka bez konieczności zmian stron montażu blatu bocznego oraz drzwiczek?

*Odpowiedź*

Zamawiający dopuszcza również.


**Pytanie 82 Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa**

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowego piątego koła- konstrukcja szafki zapewnia stabilizację szafki przy rozłożonym blacie?

*Odpowiedź*

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  
Dyrektor ds. Eksploatacji i Administracyjnych  
Włodzisław Bednarski  
wloz:imierz.bednarski@pcmg.pl