

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

PCMG/P/20/2017

Grójec, dn. 19.10.2017r.

Zawiadomienie o

***unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na część nr 3,
unieważnieniu czynności odrzucenia oferty Wykonawcy na część nr 3 oraz o
powtórzeniu czynności badania i oceny oferty***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **PCMG/P/20/2017** na *zakup i dostawę łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy przeciwodleżynowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Część nr 3 – materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – 15 szt.

Zamawiający – Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o z siedzibą w Grójcu, przy ul. Księdza Piotra Skargi 10 po rozpatrzeniu zawiadomienia o niezgodnym z prawem odrzuceniu oferty złożonym na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164) – zwanej dalej p.z.p., wniesionym przez Wykonawcę REVITA Ewa Krutul z siedzibą w Podamirowie, na podstawie art. 181 ust. 2 p.z.p., unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty na część nr 3 i czynności odrzucenia oferty Wykonawcy REVITA Ewa Krutul z siedzibą w Podamirowie oraz informuje o konieczności powtórzenia czynności badania i oceny ofert w celu ponownego dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy przeciwodleżynowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla Części nr 3.

Uzasadnienie

W dniu 16 października 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło *Zawiadomienie o niezgodnym z przepisami prawa odrzuceniu oferty* złożone przez Wykonawcę REVITA Ewa Krutul z siedzibą w Podamirowie 30 (76-031 Mścice) wskazujące, że przedstawiona Zamawiającemu oferta w przedmiotowym postępowaniu spełnia wszystkie wymagania oraz parametry techniczno- użytkowe przedstawione przez Zamawiającego w Zestawieniu parametrów opisujących przedmiot zamówienia zał. nr 4 do formularza oferty. Nr postępowania: PCMG/P/20/2017 (Oświadczenie wytwórcy- strona 22-24 złożonej oferty).

Wykonawca zwrócił uwagę Zamawiającemu, że oferent nie jest handlowcem, ale certyfikowanym zewnętrznym Wytwórcą posiadającym wieloletnie doświadczenie. Wszystkie wytwarzane przez niego wyroby medyczne spełniają m.in wszystkie wymagane polskim i europejskim prawem wymogi (w tym posiadają wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz oznaczenia CE potwierdzające ich przewidywalne oraz bezpieczne stosowanie). Spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dla wyrobów medycznych wprowadzając i stosując system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 13485:2012 Wyroby Medyczne.

Sporządził: Hubert Wasila

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546



Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Zakres przedmiotowej certyfikacji obejmuje: "Projektowanie, wytwarzanie dystrybucja i serwis sprzętu przeciwoleżynowego".

Wskazał, że jako projektant i wytwórca wyrobu lub grupy wyrobów medycznych ma prawo do ich modyfikowania oraz dokonywania wymaganych przez użytkownika zmian ich parametrów technicznych.

Zdaniem Wykonawcy, podana przyczyna o odrzuceniu oferty, czyli:

„w pkt. 5 zł nr 4 Formularza oferty- materac przeciwoleżynowy paroprzepuszczalny- zaoferowano materac wykonany z nylonu.” jest niezgodna z prawdą.

Na potwierdzenie swoich argumentów Firma REVITA Ewa Krutul, dołączyła kserokopię oferty dla pkt. 5 zał. nr 4:

„Tak. Cechy i właściwości: miękki, elastyczny, paroprzepuszczalny pokrowiec, łatwy do mycia i dezynfekcji...” ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PISMA str. 4-5./w oryginale zawiadomienia/ zwracając uwagę Zamawiającemu, że materiał z jakiego ma być wykonany materac (komory materaca) nie został podany w zestawieniu parametrów opisujących przedmiot zamówienia- zał. Nr 4 do Formularza oferty, dlatego został zaoferowany materac wykonany z PCV (w osłonie nylonu).

W przypadku pokrowca do materaca Wykonawca potwierdził: „Tak. Cechy i właściwości: miękki, elastyczny, paroprzepuszczalny pokrowiec, łatwy do mycia i dezynfekcji...”.

Na potwierdzenie powyższego do zawiadomienia został dołączony katalog produktu- opcja wykonania standard, w którym znajduje się zapis (str. 19 oferty, opcje dodatkowe) „pokrowiec medyczny: wykonany z nylonu lub pokrowiec membraMED: miękki, paroprzepuszczalny, elastyczny z PU- zapinany zamkiem błyskawicznym, nitami lub zaciągany taśmą...” ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PISAMA str. 6. /w oryginale zawiadomienia/

Wykonawca wskazał, że zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w toku badania i oceny oferty może żądać od wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonej oferty np w sytuacji, gdy oferta zawiera postanowienia niejasne, sprzeczne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wyjaśnić bez udziału wykonawcy. Zamawiający ma także obowiązek zastosowania art. 26 ust. 3 PZP jeżeli np. złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości. Jednocześnie wskazał, że taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie wystąpiła, gdyż Zamawiający nie żądał żadnych pisemnych wyjaśnień do złożonej oferty przez Wykonawcę.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem KIO oraz Sądów Powszechnych Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o odrzuceniu badanych ofert, unieważnieniu postępowania a tym samym do dokonania ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Okolicznościami, zaś które są wskazywane jako przesłanki do ponownego zbadania ofert są:

- 1) uwzględnienie przez zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust.1 p.z.p.;
- 2) uwzględnienie odwołania przez zamawiającego;
- 3) uwzględnienie odwołania przez KIO i nakazanie wykonania lub powtórzenia czynności lub nakazanie unieważnienia czynności.

Ratio legis wprowadzenia unormowań, które umożliwiają naprawę błędnych działań zamawiającego jest zbieżne z podstawowymi celami systemu zamówień publicznych

Sporządził: Hubert Wasila

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546



Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmqg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

mających na celu zaspokojenia potrzeb zamawiającego.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 p.z.p., zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia w swoim założeniu ma prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. „Jak bowiem wskazuje orzecznictwo, zamawiający jest uprawniony do powtórzenia z własnej inicjatywy czynności, jeśli dopatrzy się w swoim działaniu nieprawidłowości. Wskazuje się, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie.” [uchwała KIO z 14 maja 2014 r. (KIO/KD 45/14)]. Tym samym na Zamawiającym spoczywa obowiązek poprawić swój błąd (wyrok KIO z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. KIO 104/12.)

Powyżej przedstawione przesłanki umożliwiające ponowną ocenę ofert oraz prawidłowe wybranie najkorzystniejszej zostały *expressis verbis* wskazane w p.z.p. Zgodnie z treścią wyroku z dnia 23 września 2010 r. (KIO 1939/10) Izba wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający po rozpatrzeniu *Zawiadomienia(...)* uwzględnił argumenty przytoczone przez Wykonawcę tym samym postanawia jak w *petitum*.

Przebieg Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Marzena Barwicka
mgr Marzena Barwicka

Sporządził: Hubert Wasila

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.
Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546