

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P-10/2019 na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z wpływaniem pytań do ww. postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Część nr 1.

Czy Zamawiający oczekuje spełnienia wymogu, aby głowica kamery pracowała w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9 i była wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy posiadająca wyłącznie zoom cyfrowy regulowany za pomocą przycisków (min. 3 przyciski do obsługi funkcji kamery), ze zintegrowanym przyłączem dla optyki o masie całkowitej z kablem nie przekraczającej 140 g, z regulacją ostrości za pomocą pierścienia, wraz z kompatybilnym sterownikiem kamery.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby głowica kamery wyposażona była w min. 1 przetwornik obrazowy posiadająca wyłącznie zoom cyfrowy regulowany za pomocą przycisków (min. 3 przyciski do obsługi funkcji kamery). Zmiana dotyczy zestawu 1 określonego w SIWZ po zmianach w dn. 30.09.2019r.

Pytanie 2

Część nr 2.

Czy Zamawiający oczekuje spełnienia wymogu, aby morcelator posiadał w zestawie niezbędny ze względów bezpieczeństwa element dystansujący, zapobiegający przypadkowemu uszkodzeniu narzędzi wewnętrznych jamy brzusznej.

Odpowiedź: TAK dla zestawów określonych w SIWZ po zmianach w dn. 30.09.2019r.

Pytanie 3

Część nr 2.

Czy Zamawiający potwierdza konieczność spełnienia wymogu minimalnej wartości obrotowej silnika morcelatora wynoszącej 1200 obr./min dla zapewnienia bezpieczeństwa i skrócenia czasu procedury.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Część nr 2.

Czy Zamawiający dla zapewnienia dłuższej żywotności sprzętu wymaga aby silnik morcelatora nie wymagał czynności konserwujących.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązujących terminach:

- złożenie ofert: 08.10.2019r. do godz. 11:30
- otwarcie ofert: 08.10.2019r. godz. 12:00.

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.


Joanna Czamecka

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546