

PCMG/P-11/2019

Grójec, dnia 30.09.2019r.


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z wpłynięciem zapytań do w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach;

- Długość: 211,5 cm
- Szerokość: 88 cm
- Wysokość: 57 - 99 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 76 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°
- Wymiary podglówka: 63x63 cm
- Wymiary leża: 130x63 cm
- Kąt nachylenia podglówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach;

Dane techniczne

Szerokość całkowita	73/78/83 cm
Długość całkowita	203 cm
Szerokość leżyska	60/65/70 cm
Długość leżyska	190 cm
Wysokość do leżyska	54 – 90 cm

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec


Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201- 92- 61, REGON: 142203546

Regulacja odchylenia podglówka/oparcia pleców 0 – 60°

Obciążenie dopuszczalne

180 kg



Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Część nr. 5 – Ssak

Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny z zakresem podciśnienia wytwarzanego przez pompę w zakresie do 90 kPa? Parametr jest zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego i nie będzie miało żadnego wpływu na jakość pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Część nr. 5 – Ssak

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny który posiada pełną rozbieralność pompy jedynie przez wykwalifikowany serwis medyczny? Ze względu na bezpieczeństwo pracy urządzenia takie ingerencję powinny być wykonane przez wykwalifikowanego oraz przeszkolonego serwisanta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Część nr. 5 – Ssak

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny ze zbiornikiem posiadającym plastikową pokrywę? Są to standardowe rozwiązania wykorzystywane przez większość firm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Część nr. 5 – Ssak

Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny z dokładnością odczytu 5%? Jest to porównywalna wartość do wartości wymaganej przez Zamawiającego i nie będzie miało żadnego wpływu na jakość ssania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Część nr. 5 – Ssak

Pkt. 20 Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy ssak elektryczny o cichej pracy do max. 40 dB? Jest to istotny parametr dla personelu obsługujących ssaki. Im cichszy tym znacznie większy komfort pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Część nr. 5 – Ssak

Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny z funkcją manualną włączenia i wyłączenia ssaka? Jedynie takie rozwiązanie daje całkowitą kontrolę nad pacjentem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Część nr. 5 – Ssak

Pkt. 22,23 Prosimy o wyjaśnienie co użytkownik miał na myśli w opisie pelot? Do czego mają służyć te peloty? Czy Zamawiający miał na myśli możliwość sterylizacji w parze przy 134 oraz 121 stopni?

Odpowiedź:

Wymagany ssak ma służyć też jako próznociąg do wspomagania porodu. Do tego Zamawiający wymaga kompatybilnych pelotów, które sterylizują się w parze przy 134 oraz 121 stopni.

Pytanie 10 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka z poręczami bocznymi 710 mm? Parametr ten tylko w nieznaczny sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 11 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2150 mm? Parametr ten tylko w nieznaczny sposób różni się od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji wysokości leża tj. 540-980 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 13 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie 0-70 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 14 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne malowane proszkowo w certyfikowanej technice antybakteryjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Dotyczy pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych, o szerokości całkowitej wózka z poręczami bocznymi, wynoszącej 642mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Dotyczy pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych, z regulacją leża (bez materaca) za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 460-850mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 17 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych, z oparciem pleców regulowanym w wygodny sposób sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0 stopni do 45 stopni ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Dotyczy pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych wyposażony w dwusegmentowe leżę wypełnione kratką stalową nie przezierną dla promieni RTG – umożliwiające przeprowadzenie reanimacji. Bez możliwości monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Dotyczy pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych zaopatrzony w bardzo wytrzymałe koła jezdne o średnicy 125 mm z blokadą kół pół centralną-osiową ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Dotyczy pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących, wyposażony w solidne barierki boczne, wykonane ze stali chromowanej i aluminium, łatwo obsługiwane za pomocą jednej ręki, składane wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 21 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

- 1) Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka z barierkami bocznymi oraz krążkami odbojowymi które stanowią najszerszą część wózka 84 cm?
- 2) Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 214 cm?
- 3) Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości wózka od 600 mm do 900?
- 4) Czy Zamawiający wymaga pod leżem uchwytu na kasetę RTG?

Odpowiedź:

- 1) Zgodnie z SIWZ.
- 2) Zgodnie z SIWZ.
- 3) Zamawiający dopuszcza również.
- 4) Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201- 92- 61, REGON: 142203546

Pytanie 22 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Pkt. 1 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej bez poręczy bocznych równej 680mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 23 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Pkt. 2 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej z poręczami bocznymi równej 750mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 24 Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści oparcie pleców regulowane sprężyną gazową z blokadą w zakresie od 0° do 70° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 25 (dotyczy części 7)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości przewidzianych szkoleń z dwóch do jednego dla części 7. Aparat EKG jest prostym urządzeniem, dla poznania funkcji którego wystarczy jedno szkolenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 (dotyczy części 7)

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z aparatem EKG został dostarczony wózek pod aparat?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 (dotyczy gwarancji dla części 7)

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na reakcję serwisu w przypadku awarii do 72 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 (dotyczy gwarancji dla części 7)

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy oraz wstawienia sprzętu zastępczego do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 (dotyczy wzoru umowy - §9 ust. 2 i 3)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych za odstąpienie od umowy do 5% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o szerokości leża bez barierki bocznych: 580 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o szerokości całkowitej z barierkami bocznymi: 700 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o długości całkowitej 2040 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o regulacji wysokości w zakresie: 530 – 900 mm, co jest parametrem lepszym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe z regulacją sekcji oparcia pleców w zakresie 0 - 80°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe, z leżem wypełnionym z płyty laminatowej przezierniej dla promieni RTG bez kasety RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe wyposażone w listwy odbojowe w narożnikach leża w miejsce krążków odbojowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o szerokości z barierkami bocznymi 830 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o długości całkowitej 2130 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o regulacji wysokości w zakresie: 560 – 880 mm, co jest parametrem lepszym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201-92- 61, REGON: 142203546

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe z regulacją sekcji oparcia pleców w zakresie 0 - 90°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe z poręczami bocznymi wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający ma na myśli wagę medyczną ze wzrostomierzem, którym można zmierzyć wzrost pacjenta do 2 m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli wagę medyczną ze wzrostomierzem, którym można zmierzyć wzrost pacjenta do 2 m.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną z obciążeniem maksymalnym i minimalnym 100/200 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną z obciążeniem maksymalnym i minimalnym 60/150 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną z dokładnością 50/100g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną z zakresem tary 150 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną z zakresem tary 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 48 Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną z czasem pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 49 Część nr 5 – Ssak

Czy Zamawiający dopuści ssak o parametrach:

wydajność - możliwość wyboru z 3 trzech ustawień: 40; 50 lub 60 l/min,

maksymalna próżnia: 95 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 Czy Zamawiający dopuści ssak o parametrach:

wydajność: 30 l/min,

maksymalna próżnia: 90 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51 Czy Zamawiający dopuści ssak z trwałą obudową z tworzywa, odporną na środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52 Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w pompę próżniową bezolejową, niskobrotową, tłokową, nie wymagającą konserwacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53 Czy Zamawiający dopuści zbiornik z poliwęglanu nietłukący o poj. 1,5l lub 2,5l przystosowany do wkładów jednorazowych lub zbiornik z polisulfonianu 2l wielorazowy, autoklawowalny z pokrywą z tworzywa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54 Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk zbiorników na wydzielinę będzie wymagał?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55 Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w włącznik dotykowy z wskaźnikiem zasilania LED umożliwiający włączenie/wyłączenie urządzenia, dodatkowo włącznik/wyłącznik nożny wbudowany w wózek zamiast funkcji samoczynnego włączania/wyłączania ssaka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56 Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w peloty o rozmiarze: 50mm, 60mm i 60mm z zaworem upuszczającym podciśnienie przy pelocie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57 Część 1- Wózek do przewożenia chorych

Dotyczy-(pkt.1- zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości leża wynoszącej 590 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58 Dotyczy- (pkt.2-zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej wynoszącej 800mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59 Dotyczy-(pkt. 3 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2070 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 60 Dotyczy- (pkt.4 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z hydrauliczną regulacją wysokości dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 560-960 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 61 Dotyczy- (pkt.5 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją segmentu pleców od 0° do 65° za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 62 Dotyczy-(pkt. 9 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wózka do przewozu pacjenta wyposażonego w zdejmowalny materac o grubości 40 mm wykonany z nieprzemakalnej tkaniny- łatwy w utrzymaniu czystości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 63 Dotyczy-(pkt. 10 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wózka do transportu chorych posiadający 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z blokadą centralną i kierunkową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64 Czy w związku z brakiem zapisów dotyczących stanu aparatury dla części 8 – Diatermia chirurgiczna, Zamawiający dla części 8 ma takie same wymagania jak powtarzają się dla części 1-7, tj. wymaga dostawy „Sprzętu fabrycznie nowego o roku produkcji nie wcześniej niż 2019r.“, z tą różnicą, że w części 8 wymaga się 36 miesięcznego okresu gwarancji i przeglądów?

Odpowiedź: **Tak**

Pytanie 65 Czy Zamawiający w celu zagwarantowanie bezkolizyjnej pracy z aktualnie posiadanym podstawowym wyposażeniem elektrochirurgicznym wymaga możliwości bezpośredniego podłączenia narzędzi (bez dodatkowych adapterów): monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trypinowym, oraz bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm? Opisane w punkcie 20 rozwiązania gniazd z rozpoznawaniem narzędzi oraz określonym standardem przyłączy może ograniczyć Zamawiającego w przyszłości do akcesoriów jednego dostawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w zestawie równoważnym.

Pytanie 66 Czy Zamawiający w miejsce opisywanych parametrów dopuści diatermie tego samego typu, realizującej możliwość zamykania naczyń, pracy w środowisku soli fizjologicznej, pracy w zabiegach otwartych i laparoskopowych o parametrach jak poniżej? Ten typ urządzenia był pracował na bloku operacyjnym Państwa Szpitala.

L.p.	Opis minimalnych wymaganych parametrów	Warunek	Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis
Parametry ogólne:			

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

1	Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną z systemem zamykania naczyń do śr. 7mm i resekcja w soli fizjologicznej oparta na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki	TAK	
2	Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 350kHz	TAK	
3	Możliwość rozbudowy diatermii: - moduł do koagulacji argonowej zasilany i sterowany z diatermii - moduł powiększający ilości gniazd przyłączeniowych	TAK	
4	Cięcie monopolarne delikatne regulowane do 300 W, regulacja z krokiem ± 1 W w całym dostępnym zakresie	TAK	
5	Cięcie monopolarne intensywne regulowane do 300 W, regulacja z krokiem ± 1 W w całym dostępnym zakresie	TAK	
6	Cięcie bipolarne z mocą do 100W, regulacja z krokiem ± 1 W w całym dostępnym zakresie	TAK	
7	Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego i bipolarnego każdego w/w rodzaju	TAK	
8	Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie 0-120 W, z krokiem ± 1 W w całym dostępnym zakresie	TAK	
9	Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie 0-120 W, z krokiem ± 1 W w całym dostępnym zakresie	TAK	
10	Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między min. łagodną, intensywną, preparującą, preparującą z niskim efektem termicznym	TAK	
11	Koagulacja bipolarna dostępna w trybie delikatnym i mikrochirurgicznym	TAK	
12	Regulacja intensywności każdego w/w rodzaju koagulacji bipolarnej w skali 4-stopniowej (nie dotyczy regulacji mocy)	TAK	
13	Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia, z dokładnością min. 0,1s	TAK	
14	Funkcja autostop dla koagulacji mono- i bipolarnej polegająca na automatycznym wyłączeniu aparatu po skoagulowaniu tkanki	TAK	
15	Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm z mocą do 300 W, oparta na modulowanym prądzie bipolarnym o mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości tkanek; zakończenie zamykania naczyń automatyczne, całkowicie zapewniające powtarzalność procesu	TAK	
16	Koagulacja typu spray, której moc powinna być regulowana w zakresie do 120W z dokładnością 1 W w całym zakresie, z możliwością regulacji intensywności	TAK	

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201- 92- 61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

17	Diatermia uniemożliwia nieprawidłowe wykorzystanie funkcji do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm, tzn. uruchomienie jej dla innego – niż przewidział producent – instrumentu oraz inną niż automatyczna regulację mocy wyjściowej	TAK	
18	Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne –1 szt. - monopolarne –1 szt. - uniwersalne z funkcją rozpoznawania narzędzi –1 szt. - neutralne – 1 szt.	TAK	
19	Gniazdo uniwersalne umożliwiające pracę mono i bipolarną oraz narzędzi do zamykania naczyń	TAK	
20	Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów): - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym, - bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm	TAK	
21	Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych oraz zmiany ich konfiguracji umożliwiająca rozbudowę aparatu	TAK	
22	Diatermia umożliwiająca koagulację monopolarną natryskową z mocą do 120 W, regulacja mocy z krokiem 1W w całym zakresie	TAK	
23	Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej) tj. do cięcia o mocy regulowanej automatycznie w zakresie do 370 W i koagulacji regulowanej automatycznie w zakresie do 200 W	TAK	
24	Możliwość aktywacji funkcji monopolarnych i bipolarnych przez sterowniki nożne z funkcją zmiany programów	TAK	
25	Możliwość programowania ponad 50 pozycji w pamięci aparatu	TAK	
28	Układy kontroli: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta - układ kontroli czasu aktywacji	TAK	
29	Diatermia wyposażona w wielokolorowy ekran do komunikacji z użytkownikiem	TAK	
30	Funkcja zgłaszania wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzenia stosownym komunikatem w języku polskim	TAK	

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.
Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201- 92- 61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

31	Regulacja intensywności cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia	TAK	
32	Obudowa łatwa w utrzymaniu czystości pozbawiona otworów wentylacyjnych przez które możliwe jest wnikanie zanieczyszczeń do wewnątrz	TAK	
33	Wyposażenie wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w sterylizatorze parowym (parametry: temperatura do 134°C, ciśnienie 2.1 bara) lub sterylizatorze gazowym	TAK	
Wyposażenie			
34	Przewód do elektrod neutralnych jednorazowych z klipsem, dł. min 4m – 1 szt.	TAK	
35	Elektroda neutralna jednorazowego użytku symetrycznie dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym odizolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni płytki min. 100 szt.	TAK	
36	Wielorazowe narzędzie do zamykania naczyń do śr. 7mm, brasze szerokie z elementami przytrzymującymi tkankę, dł. 27cm z kablem przyłączeniowym dł. min. 3m	TAK	
	Wielorazowe narzędzie do zamykania naczyń do śr. 7mm, brasze szerokie z elementami przytrzymującymi tkankę, dł. 15cm z kablem przyłączeniowym dł. min. 3m	TAK	
37	Wielorazowe narzędzie do zamykania naczyń do śr. 7mm, dł. 34-35cm do laparoskopii z kablem przyłączeniowym dł. min. 3m	TAK	
38	Sterownik nożny podwójny z możliwością zdalnej zmiany nastaw i możliwością sterowania funkcji mono i bipolarnej – 1 szt.	TAK	
39	Wózek pod aparaturę, 3-poziomowy, z szufladą i uchwytami kabli	TAK	
40	Kabel bipolarny do elektroresektora, wielorazowy, dł. min. 4m – 2 szt.	TAK	
41	Gwarancja na urządzenie Min. 36 miesięcy	TAK	

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako zestaw równoważny.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie przypominamy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Obowiązujące terminy:

- składania ofert: do dnia **04.10.2019r.** do godz. **10:00**
- otwarcia ofert: **04.10.2019r.** o godz. **11:00.**

Z upoważnienia Prezesa Zarządu


Agata Łguczyńska
Dyrektor Finansowy

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201- 92- 61, REGON: 142203546