

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

PCMG/P-10/2020

Grójec, dnia 15.07.2020r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę igieł iniekcyjnych, kaniul, neurostymulatora, przyrządów do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, cewników oraz zestawów do enemy dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z wpłynięciem pytań do ww. postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Część nr 2, poz. 1a

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną 22G 0,9x25mm o przepływie 36ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

Część nr 2, poz. 1b

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną 20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Część nr 2, poz. 1e

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną 16G 1,7x45mm o przepływie 200ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Część nr 2, poz. 1f

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną 14G 2,1x45mm o przepływie 305ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5:

Część nr 2, poz. 2a,b,c

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z FEP ze standardowym korkiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Część nr 2, poz. 2c

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 20G 1,1x32mm z przepływem 56ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Część nr 3, poz. 2a,b

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z PTFE spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: W Części nr 3 Zamawiający opisał neurostymulator z w pełni izolowaną igłą.

Pytanie 8:

Część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, filtr cząsteczkowy 5µm, o średnicy 2,8mm (parametr nie mający wpływu na użytkowanie), długości kolca 21mm. Przyrząd kompatybilny z KabiPack?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w pozycji 1 część 5 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste lub zakrzywione i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z części 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Części nr 5 pozycję 1 i tworzy z niej nową Część nr 9 – Cewniki II, a dotychczasowej Części nr 5 nadaje nazwę – Cewniki I.

Pytanie 11:

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania leków i płynów o długości igły biorczej 20 mm, średnicy zewnętrznej 4,3 mm a wewnętrznej 4,0 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Część nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki pęcherzowe Nelatona o długości 40 cm, pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 13:

Część nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki pęcherzowe Tiemanna w zakresie rozmiarów Ch 8 – 24 pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 14:

Część nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do enemy sterylnej, o pojemności worka 1750 ml, wyposażony w dwa otwory do zawieszenia, worek skalowany od 50-1750 ml dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 15:

Część nr 2 poz. 1a,b,c,d,e,f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP z paskami kontrastującymi w promieniach RTGz filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowierzenie kaniuli po nakłuciu żyły samodomykający się korek portu w rozmiarach:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
14 G	2,1 x 45	305 ml/min
16 G	1,7 x 45	200 ml/min
17 G	1,5 x 45	142 ml/min
18 G	1,3 x 45	100 ml/min
18 G	1,3 x 32	105 ml/min
20 G	1,1 x 32	61 ml/min
20 G	1,1 x 25	65 ml/min
22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Odpowiedź:

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ	
14 G	2,1 x 45	305 ml/min	Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
16 G	1,7 x 45	200 ml/min	Zgodnie z SIWZ.
17 G	1,5 x 45	142 ml/min	Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
18 G	1,3 x 45	100 ml/min	Zgodnie z SIWZ.
18 G	1,3 x 32	105 ml/min	Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
20 G	1,1 x 32	61 ml/min	Zgodnie z SIWZ.
20 G	1,1 x 25	65 ml/min	
22 G	0,9 x 25	36 ml/min	Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16:

Część nr 2 poz. 2abc

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniuli wykonanej z FEP z paskami kontrastującymi w rozmiarach:

20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 17:

Część nr 2 poz. 2abc

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniuli wykonanej z PUR z paskami kontrastującymi w rozmiarach:

20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

24 G	0,70 x 19	22
------	-----------	----

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18:

Część nr 2 poz. 3ab

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniuli neo wykonanej z FEP z dodatkowym uchwytem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści w pozycji 1 Cewnik do hemofiltracji trójdrożny, o dostępnym przekroju 12 Fr, dostępnych długościach 160 mm; 200;mm 250 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 20:

Część 6 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Nelatona o długości 40cm, pakowanych w opakowanie foliowe, z uwagi na fakt, że na rynku nie występują cewniki Nelatona podwójnie pakowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 21:

Część 7 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Tiemann'a pakowanych w opakowanie papier/folia, z uwagi na fakt, że na rynku nie występują cewniki Nelatona podwójnie pakowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 23:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 24:

W związku z zapisem § 17 ust. 2 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania tego rodzaju dokumentów. Przedmiotowe dokumenty są dostępne w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego dla Zamawiającego.

Pytanie 25:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w odniesieniu

do terminów określonych w niniejszej umowie w części dotyczącej warunków dostawy (§3ust. 2 lub 3) lub reklamacji (§9 ust. 1), Zamawiający ma prawo żąda kary umowne jw. wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 26:

Część 1 pozycja c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do nakłuć lędźwiowych i pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego w rozmiarze 22 GA 0,7 x 40 mm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązujących terminach składania i otwarcia ofert.

- składanie ofert: 21.07.2020r. godz.10:00

- otwarcie ofert: 21.07.2020r. godz. 10:30

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Joanna Czarniecka

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546