

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

PCMG/P-21/2020

Grójec, dnia 08.12.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę holterów EKG i RR dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z wpłynięciem pytań do w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający, dopuści **SYSTEM ANALIZY ZAPISU EKG bez opcji : Lista epizodów błędów pracy stymulatora?**

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, dopuści **SYSTEM ANALIZY ZAPISU EKG bez opcji : Analiza HRT (Heart Rate Turbulence)? Takie rozwiązanie wskazuje jednego producenta.**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający, dopuści **SYSTEM ANALIZY ZAPISU EKG bez opcji :Możliwość rozbudowy systemy analizy o późne potencjały. Opcja dostępna na dzień składania oferty? Takie rozwiązanie wskazuje jednego producenta.**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający, dopuści **REJESTRATOR EKG 3 kanałowy z zapisem 2 kanałów do 7 dni i 3 kanałów do 2 dni?**

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający, dopuści **REJESTRATOR EKG 3 kanałowy o wymiarach 96x57x17,5mm i wadze 55g?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 6

Czy Zamawiający, dopuści **REJESTRATOR RR z wbudowana pamięcią?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 7

Czy Zamawiający, dopuści **REJESTRATOR RR z Zakres pomiarowy RR min 30-260mmHg?**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający, dopuści **REJESTRATOR RR z Zakres pomiarowy tętna min 40-180 uderzeń / min?**

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201- 92- 61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający, dopuści **REJESTRATOR RR z Czas trwania rejestracji do 7 dni w programowalnych interwałach 5/20/30/60/120 min?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 10

Czy Zamawiający, może doprecyzować klasę dokładności ANSI/AAMI , ESH, BHS? BHS klasa dokładności A/A potwierdza dokładność i powtarzalność aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z normą ANSI/AAMI SP10:2002 . Odpowiednik E1060-3;1997+A2:2 009 z późniejszymi zmianami(wymagania dodatkowe dotyczące elektronicznych systemów do pomiaru ciśnienia.

Pytanie 11

Czy Zamawiający, dopuści **SYSTEM ANALIZY RR z opcją Diagramy liniowe wybranych parametrów i godzinowe zestawienie tabelaryczne z zaznaczoną aktywnością pacjenta?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 12

Czy Zamawiający, dopuści **SYSTEM ANALIZY RR bez opcji: Oprogramowanie wyposażone w moduł automatycznej aktualizacji?**

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

SYSTEM ANALIZY ZAPISU EKG

Pytanie 13

Pkt. 18 Wykrywanie zaburzeń R na T.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie alternatywne do wymaganego, turbulencję akcji serca (akcję serca T)?

W oferowanym systemie proponujemy wszechstronne narzędzia: wykres Poincare RR, tabela uderzeń serca, pas diagnostyczny, pełne rozwarcie, histogram przedwczesnego pobudzenia przedsionkowego oraz przedwczesnego skurczu komór, itp.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 14 Pkt. 22 Możliwość wyboru rodzaju stymulacji.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system zawierający wszystkie typy rozruszników: przedsionkowy pojedynczy, komorowy pojedynczy, rozrusznik stymulacji dwujamowej, nieskategoryzowany, typ over-sense oraz fail-to-sense?

Interfejs rozrusznika zawiera tabelę statystyk, typ rozrusznika, podgląd zapisu

EKG, zapis EKG oraz schemat cyklu pracy serca. W tabeli statystyk, różne kolory oznaczają różne typy rozruszników.

Sporządziła: Renata Kazusek

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797- 201-92-61, REGON: 142203546

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 15 Pkt. 30 Możliwość tworzenia własnego panelu zakładek menu.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością modyfikacji menu?

W ustawieniach systemu jest możliwość wprowadzenia informacji o polach dodatkowych, oraz dodawania elementów raportu.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 16 Pkt. 37. Możliwość rozbudowy systemu analizy o późne potencjały. Opcja dostępna na dzień składania oferty.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością rozbudowy o analizy późnych potencjałów komorowych (VLP), z opcją zmiany licencji programu analizującego?

Rozbudowa systemu o analizy późnych potencjałów związana jest z rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji analizującej. Konieczna jest wówczas zmiana licencji programowej.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

REJESTRATOR EKG 3 kanałowy

Pytanie 17 Pkt. 53 Wymiary rejestratora poniżej 90x70x20 mm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator o wymiarach 91x60x18 mm?

Różnice pomiędzy wymiarami wymaganymi a oferowanymi są minimalne i nie wpływają negatywnie na komfort użytkowania aparatu.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 18 Pkt. 54 Masa rejestratora z baterią poniżej 80g.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z baterią o masie 95g?

Różnica pomiędzy masą wymaganą a oferowaną jest minimalna i nie wpływa negatywnie na komfort użytkowania aparatu.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

REJESTRATOR RR

Pytanie 19 Pkt. 59 Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią typu flash.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie alternatywne do wymaganego, rejestrator z pamięcią stałą?

W oferowanym systemie proponujemy rejestrator z pamięcią stałą EPROM.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 20 Pkt. 61 Zakres pomiarowy RR min 20-300mmHg.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z zakresem pomiarów RR 0-299 mmHg?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 21 Pkt. 62 Zakres pomiarowy tętna min 30-220 uderzeń /min.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z zakresem pomiarów tętna 30-200 uderzeń/min.?

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 22 Pkt. 63 Czas trwania rejestracji min do 14 dni w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90 min.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z z programowanymi interwałami: 5/10/15/20/30/60/120 min.?

Oferowane przez nas, najnowszej technologii rejestratory umożliwiają wykonanie 400 pomiarów ciśnienia tętniczego. Wówczas możliwa jest rejestracja ciśnienia tętniczego, przez ponad cztery doby. W praktyce rejestracja ciśnienia tętniczego, dłuższa niż 48 godzin, nie jest stosowana.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 23 Pkt. 64 Dokładność kliniczna zgodna z normami ANSI/AAMI, ESH, BHS.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator zgodny z normami ESH?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 24 Pkt. 65 Maksymalne wymiary 130/70/35mm przy wadze z bateriami nie przekraczającej 250g.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator o wymiarach 113x75x26 mm, o wadze 216 g.?

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach analizy.


Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 25

Czy zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do dnia 15-01-2021r. ze względu na opóźnienia dostaw od producentów sprzętu spowodowane pandemią.

Odpowiedź Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Joanna Czamecka